

Fecha Remisión: \_\_\_\_\_ Remisión # \_\_\_\_\_ Auxiliar Mantenimiento: \_\_\_\_\_ No. Orden: \_\_\_\_\_

Código Equipo: **AM. 26503** Fecha Inicio: **25/11/21** 9:30 Fecha Fin: **25/11/21** 11:20

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLACA: SI  NO  X FECHA INICIO AISLAMIENTO: \_\_\_\_\_ FECHA FIN AISLAMIENTO: \_\_\_\_\_

FALLA	DAÑO	PLASE DAÑO	IDENTIFICACION	CANCIAS	SI/NO/FORTE	REPARADO/RECAMBIADO

INFORMACIÓN ADICIONAL REQUERIDA POR PACIENTE

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	OXÍGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REJILLAS	FILTROS	BARRAS	CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (SI/NO)	Pila (SI/NO)	"Flujo a B" (SI/NO)				BAJE (SI/NO)	BAJE (SI/NO)	BAJE (SI/NO)		
En	6749	6.1	90.2	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Mant. Correctivo
1. CICLADO	Tiempo de la prueba		3 min		Gener. Alarma		NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	EI
2. RUIDO EXTRAÑO	SI	NO	3. ESTADO DE MANGUERAS		Buenas		SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
5. DAÑOS IDENTIFICADOS															
6. ESTADO DE LAS CONDICIONES	Bueno				7. CONTROL DE TEMPERATURA		Bueno	SI	Con Sobrecalentamiento						

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila A.B.V	Verifica voltaje de la pila	OK
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	OK fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripción del diagnóstico identificado

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT
	Manguera tubo refrigeración	2			
	Manguera tramp	1			
	Tamiz	2			

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Fuga # 0 (Cierre Regulado)	Se verifica activación de alarmas (LL - LD - ES)	ES
2	Fuga Manera	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo a LED amarillo y LL-LD-ES)	Lo
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	Bueno
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta alarma electrónica	Bueno
5	Activación de válvula de alivio	Operar manguera de alivio de aire de compresor	Bueno
6	Otros:		
8	Otros:		
6	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	OXÍGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REJILLAS	FILTROS	BARRAS	CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (SI/NO)	Pila (SI/NO)	"Flujo a B" (SI/NO)				BAJE (SI/NO)	BAJE (SI/NO)	BAJE (SI/NO)		
En	6851	6.1	95.4	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Financ. Correctamente

FINANC. CORRECTAMENTE