



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
Codigo: OAD-024-FR-028
Versión: 1 Fecha Actualización: 05/08/2016
Página 1 de 2

Fecha Revisión: Revisión # Auxiliar Mantenimiento: No. Orden:

Código Equipo: 785562019070295 Fecha Inicio: 01/10/21 Fecha Fin: 9.16

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI			NO			Y			FECHA INICIO AISLAMIENTO			FECHA FIN AISLAMIENTO		
	SI	NO	Y	SI	NO	Y	SI	NO	Y	SI	NO	Y	SI	NO	Y

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESIÓN	DISBLENDO	FILLUMETRO	PRUEBAS DE ALARMA										OBSERVACIONES	
					Desconexión (B-1)			Pila (B-2)	"Flujo a S" (B-3)	BOMBAS (B-4)	FILTROS (B-5)	VALVULAS (B-6)	CODO DE BARRAS			RUEDAS (B-10)
					(B-1)	(B-2)	(B-3)						(B-8)	(B-9)		
En	67	94.4	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Mant. Preventivo
1. CICLADO		Tiempo de la prueba		90 min		Gener. Alarma		SI		Método		4. SISTEMA DE REFRIGERACION		SI		Método
2. RUIDO EXTRAÑO		SI		No X		3. ESTADO DE MANGUERAS		SI		Método		4. SISTEMA DE REFRIGERACION		SI		Método
5. DAÑOS IDENTIFICADOS																
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES		Bueno		7. CONTROL DE TEMPERATURA		Buena		SI		Con Sobrecalentamiento						

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila S.S.V	Verifica voltaje de la pila	4.5V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido al ser agitado o fuerte	OK fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripción del diagnóstico identificado	

No.	Prueba / Situación	Descripción	Resultado
1	Flujo + 0 (Cierre A/Bombas)	Se verifica activación de alarmas (L1 - L2 - E2)	La
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (L1-L2-E2)	Lo
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	Bueno
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconexión línea eléctrica	Bueno
5	Activación de válvula de aire	Controlar manguera de salida de aire de compresor	Bueno
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESIÓN	DISBLENDO	FILLUMETRO	PRUEBAS DE ALARMA										OBSERVACIONES	
					Desconexión (B-1)			Pila (B-2)	"Flujo a S" (B-3)	BOMBAS (B-4)	FILTROS (B-5)	VALVULAS (B-6)	CODO DE BARRAS			RUEDAS (B-10)
					(B-1)	(B-2)	(B-3)						(B-8)	(B-9)		
En	66	94.0	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Firma Mantenimiento Wlmer G.