



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Código	SAD-MAN-FR-023
Versión: 1	Fecha Actualización: 05/02/2010
Página 1 de 2	

Fecha Remisión	Revisión #	Asesor Mantenimiento	No. Orden
----------------	------------	----------------------	-----------

Código Equipo M2255194104	Fecha Inicio 02/10/21	E:01	Fecha Fin 02/10/21	E:43
-------------------------------------	---------------------------------	------	------------------------------	------

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI	NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO	OBSERVACIONES

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	OXÍGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA							OBSERVACIONES						
	P.V.	P.T.P.	P.V. - P.T.	P.A.	Desconexión	Pila	"Flejo a 0"	RELLANOS	FILTRO	SABE	CÓDIGO DE BAHAS		RUEDAS	Equipo Oxiayuda				
											BAJ	ALTA						
913	8.0	80.2	51	51	51	51	N.A	51	51	51	51	51	51					
1. CICLADO		Tiempo de la prueba		Gener. Alarma		No		Sí		Cual?								
2. RUIDO EXTRAÑO		Sí		No		3. ESTADO DE MANGUERAS		Buena		Mala		4. SISTEMA DE REFRIGERACION			Buena		Mala	
5. DAÑOS IDENTIFICADOS																		
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES																		
7. CONTROL DE TEMPERATURA							Buena		Con Sobrecalentamiento									

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila S.S.V	Verifica voltaje de la pila	
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido en agudo o fuerte	
6	Otro:		
7	Otro:		

Descripción del diagnóstico identificado

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flejo a 0 (Cámara flejeado)	Se verifica activación de alarmas (L1 - L2 - E3)	
2	Flejo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo y LED amarillo y L1-L2-E3)	
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	
4	Desconexión tarjeta de flejo	Desconecta línea eléctrica	
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	
6	Otro:		
7	Otro:		
8	Otro:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	OXÍGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA							OBSERVACIONES		
	P.V.	P.T.P.	P.V. - P.T.	P.A.	Desconexión	Pila	"Flejo a 0"	RELLANOS	FILTRO	SABE	CÓDIGO DE BAHAS		RUEDAS	Baja Presión Oxiayuda
											BAJ	ALTA		
913	8.0	80.2												
FIRMA MANTENIMIENTO														