

Fecha Remisión: _____ Revisión # _____ Auxiliar Mantenimiento: _____ No. Orden: _____

Código Equipo: **AN-349AB** Fecha Inicio: **02/10/21** Hora Inicio: **7:39** Fecha Fin: **02/10/21** Hora Fin: **9:26**

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI	NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO	
						No
						No
						No
						No
						No
						No
						No

*plata Central
plata lateral*

En Mantenimiento	HIDRÓMETRO	PRESIÓN	OXÍGENO	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA						CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES		
					Desconexión (D-AL)		Fuga (F-AL)		Fuga a C° (F-C)		REPLAZA (R-AL)	FILTROS (F-F)	BASE (B-AL)			BARR (B-AL)	BARRA (B-AL)
					SI	NO	SI	NO	SI	NO							
	16.3	6.4	89.7	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Mont. Correctivo		
1. CICLADO		Tiempo de la prueba		30 min		Generó Alarma		No		SI		Cual?		No			
2. RUIDO EXTRAÑO		SI		X		3. ESTADO DE MANGUERAS		Bueno		Malo		4. SISTEMA DE REFRIGERACION		Bueno			
5. DAÑOS IDENTIFICADOS																	
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES				Bueno				7. CONTROL DE TEMPERATURA		Buena		SI		Con Sobresalentamiento			

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	5V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si se agota o fuerte	OK fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripción del diagnóstico identificado

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT
	Terminar	2			

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Fuga a 0 (Cierre Fajónete)	Se verifica activación de alarmas (JL - LO - ES)	Lo
2	Fuga Medio	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo) (JL-LO-ES)	Lo
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de aire	Distribuir manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HIDRÓMETRO	PRESIÓN	OXÍGENO	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA						CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES		
					Desconexión (D-AL)		Fuga (F-AL)		Fuga a C° (F-C)		REPLAZA (R-AL)	FILTROS (F-F)	BASE (B-AL)			BARR (B-AL)	BARRA (B-AL)
					SI	NO	SI	NO	SI	NO							
	16.5	6.3	79.8	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Correcto por mantenimiento		
FIRMA MANTENIMIENTO														<i>Abraham</i>			