ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo	SAD-MANPR-009
Versión: 1	Fecha Actualización: 01/08/2019
	Página 1 de 2

Fecha Revisión		Recepción #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

IDENTIFICACION DEL EQUIPO

Codigo Equipo	NN-4238R	Fecha Inicio	07/04/21 07:34	Fecha Fin	07/04/21 9:52

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

SANITIZACION DESPUES DE CADA CASO DE SOSPECHA

FALLA	DANO	CLASE DANO	DESCRIPCION	CANTIDAD	SI - NO - OBS	REPUESTO CAMBIADO			
						SI		No	
						SI		No	
						SI		No	
						SI		No	
						SI		No	
						SI		No	
						SI		No	

DESCRIPCION ADICIONAL DE CASOS INTERMITENTES

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión	Pila	"Flujo a 0"	BOLILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS: BASE	BARRA	RUEDAS	OBSERVACIONES
	(Hrs)	(6-7 PSI)	(88% - 96%)	(5 l/Min)	(SI - NO)	(SI - NO)	(LO - ES)	(SI - NO)	(SI - NO)	(SI - NO)	(SI - NO)	(SI - NO)	(SI - NO)	
	3720	6.2	94.5	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Man 1. Preventivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	2 horas	Generó Alarma	NO	SI		Cual?	
2. RUIDO EXTRAÑO	SI		X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas	X	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno	X	Malo
5. DAÑOS IDENTIFICADOS											
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Buena			7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	Si	Con Sobrecalentamiento				

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V	Verifica voltaje de la pila	5V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado	

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alertas (LL - LO - ES)	ES
2	Flujo Máximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo + LED amarillo y (LL-LO-ES)	LO
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	activo
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	activo
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	activo
6	Otros:		
6	Otros:		
6	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión	Pila	"Flujo a 0"	BOLILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS: BASE	BARRA	RUEDAS	OBSERVACIONES
	(Hrs)	(6-7 PSI)	(88% - 96%)	(5 l/Min)	(SI - NO)	(SI - NO)	(LO - ES)	(SI - NO)	(SI - NO)	(SI - NO)	(SI - NO)	(SI - NO)	(SI - NO)	
	3722	6.2	94.0	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Correcto funcionamiento

FIRMA MANTENIMIENTO: Wilmar G.