ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo	SAO-MAN-FR-005
Version: 1	Fecha Actualizacion: 03/08/2019
Página 1 de 2	

Fecha Remisión		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

IDENTIFICACION DEL EQUIPO

Codigo Equipo	Nov 42750	Fecha Inicio	07/10/21 9:32	Fecha Fin	07/10/21 11:20

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

SISTEMA REPORTADO DEFECTUOSO DE ACUERDO A:

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DONDE SE HIZO	CANTIDAD	ID REPORTE	REPUESTO DAÑADO			
						SI		NO	
						SI		NO	
						SI		NO	
						SI		NO	
						SI		NO	
						SI		NO	
						SI		NO	

DETALLES ADICIONALES DAÑOS POR ALARMA

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6-7 PSI)	OXIGENO (94% - 99%)	FLUJOMETRO (5l-hr)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5l-hr)	Pila (6l-hr)	"Flota o E" (LO-ES)	HIDRALAB (5l-hr)	FILTROS (5l-hr)	HABR (5l-hr)	CODIGO DE BARRAS: BASE (5l-hr)	MANGA (5l-hr)	RUEDAS (5l-hr)
	9329	6.0	98.0	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si

OBSERVACIONES: Mant. Correctivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	25 min	Genero Alarma	No		Si	X	Cual?	20

2. RUIDO EXTRAÑO	SI		NO	X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas	X	Malas		4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno	X	Malo	

5. DAÑOS IDENTIFICADOS	

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Buena	7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	Si	Con Sobrecalentamiento	

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V	Verifica voltaje de la pila	Si
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	Ok
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnostico identificado	

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	Tamiz	2			

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujometro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	ES
2	Flujo Maximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES)	Lo
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma apnea	activo
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecto linea eléctrica	activo
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	activo
6	Otros:		
8	Otros:		
9	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6-7 PSI)	OXIGENO (94% - 99%)	FLUJOMETRO (5l-hr)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5l-hr)	Pila (6l-hr)	"Flota o E" (LO-ES)	HIDRALAB (5l-hr)	FILTROS (5l-hr)	HABR (5l-hr)	CODIGO DE BARRAS: BASE (5l-hr)	MANGA (5l-hr)	RUEDAS (5l-hr)
	9331	6.1	94.8	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si

OBSERVACIONES: Correcto funcionamiento

FIRMA MANTENIMIENTO: Wilmer G.