ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

OXIPro

FORMATO	
Codigo:	GAD-MAN-FR-003
Version: 1	Fecha Actualizacion: 05/08/2018
	Página 1 de 2

Fecha Remisión: | Remisión #: | Auxiliar Mantenimiento: | No. Orden:

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Codigo Equipo: NN-4186B | Fecha Inicio: 10/10/2021 7:02 | Fecha Fin: 10/10/2021 3:47

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI [ ] NO [X] | FECHA INICIO AISLAMIENTO: | FECHA FIN AISLAMIENTO:

SINTOMAS SUMINISTRADO OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	No. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO	
			filtro lateral (desgaste)	1		SI X	No
						SI	No
						SI	No
						SI	No
						SI	No
						SI	No
						SI	No

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE:

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESION (5-7 PSI)	OXIGENO (90% - 96%)	FLUJOMETRO (5 l/m)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5 l/m)	Pila (5 l/m)	"Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (5 l/m)	FILTROS (5 l/m)	BASE (5 l/m)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (IN - NO)	BARRA (SI - NO)	RUEDAS (5 l/m)	OBSERVACIONES
	8398	6.5	85.2	Si	Si	Si	E5	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Mto Correctivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	15 min	Generó Alarma	No		Si	X	Cual? LO
2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas X	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno X Malo
5. DAÑOS IDENTIFICADOS								
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Buenos		7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	X	Con Sobrecalentamiento		

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V	Verifica voltaje de la pila	5.V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado:

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT
	Tamiz	2			

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL + LO - ES)	E5
2	Flujo Maximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Roja o LED amarilla y (LL-LO-ES)	LO
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

Se Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (5-7 PSI)	OXIGENO (90% - 96%)	FLUJOMETRO (5 l/m)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5 l/m)	Pila (5 l/m)	"Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (5 l/m)	FILTROS (5 l/m)	BASE (5 l/m)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (IN - NO)	BARRA (SI - NO)	RUEDAS (5 l/m)	OBSERVACIONES
	8401	6.1	93.5	Si	Si	Si	E5	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Funciona Correctamente

FIRMA MANTENIMIENTO: William G.