OXiPro

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
Código: GAO-MAN-FR-000
Versión: 1 Fecha Actualización: 00/08/2019
Página 1 de 2

Fecha Remisión		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo	7F55E20190700096	Fecha Inicio	11/12/21 7:34	Fecha Fin	11/12/21 9:09

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

SINTOMA REPORTADO (PERDIDA DE SERVICIO)

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO		
			Filtro Central	1		Si X		No
			Filtro Lateral	1		Si X		No
						Si		No
						Si		No
						Si		No
						Si		No
						Si		No

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

HOJA DE MANTENIMIENTO

PARAMETROS DE OPERACION

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0.7 PSI)	OXIGENO (90% - 94%)	FLUJÓMETRO (5 l/m)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5 l/m)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (5 l/m)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 5" (LED)	REJILLAS (SI - No)	FILTROS (SI - No)	BASE (SI - No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI - NO)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (SI - NO)	RUEDAS (SI - No)	OBSERVACIONES
	4156	6.3	95.0	Si	Si	Si	LL	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Mant. Preventivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	90 min	General Alarma	X		SI		Cual?
2. RUIDO EXTRAÑO	SI		No		3. ESTADO DE MANGUERAS	Buena	X	Malas
4. SISTEMA DE REFRIGERACION	SI	X		Malo				
5. DAÑOS IDENTIFICADOS								
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES			7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena		Con Sobrecalentamiento		

PRUEBAS FUNCIONALES

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	4.8V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si se ajusta o tuerce	Fuerte
6	Otros		
7	Otros		

Descripción del diagnóstico identificado

REPUESTOS CAMBIADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

PRUEBAS FUNCIONALES DE ALARMAS Y PARAMETROS DE OPERACION

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre Flujómetro)	Se verifica activación de alarma (LL - LO - EE)	LL
2	Flujo Máximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Roja o LED amarilla y LL-LO-EE)	LL
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tanque de flujo	Desconecte línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera en salida de aire de compresor	OK
6	Otros		
7	Otros		
8	Otros		

PARAMETROS DE OPERACION

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0.7 PSI)	OXIGENO (90% - 94%)	FLUJÓMETRO (5 l/m)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5 l/m)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (5 l/m)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 5" (LED)	REJILLAS (SI - No)	FILTROS (SI - No)	BASE (SI - No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI - NO)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (SI - NO)	RUEDAS (SI - No)	OBSERVACIONES
	4158	6.4	94.2	Si	Si	Si	LL	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Funciona Correctamente

FIRMA MANTENIMIENTO: Wilson G.