ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo	RAD-MAN-FR-009
Versión: 1	Fecha Actualización: 05/09/2019
	Página 1 de 2

Fecha Remisión: | Remisión #: | Auxiliar Mantenimiento: | No. Orden:

IDENTIFICACION DEL EQUIPO

Codigo Equipo: 201907 000097 | Fecha Inicio: 13/7/21 7:34 | Fecha Fin: 13/10/21 9:07

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI | NO | FECHA INICIO AISLAMIENTO | FECHA FIN AISLAMIENTO

SINTOMA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASIFICACION	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID REPUESTO	REPUESTO CAMBIADO	
						Si	No
						Si	No
						Si	No
						Si	No
						Si	No
						Si	No
						Si	No

DETALLES ADICIONALES DADOS POR EL CLIENTE

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (5-7 PSI)	OXIGENO (90% - 99%)	FLUJOMETRO (10-14u)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (20-34u)	Pila (20-34u)	"Flujo a 0" (LO-E5)	REJILLAS (50 - 64u)	FILTROS (50 - 64u)	BASE (50 - 64u)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (50 - 64u)	MANGA (50 - 64u)	RUEDAS (50 - 64u)	OBSERVACIONES
	2694	6.4	94.7	5:	5:	5:	LO	5:	5:	5:	5:	5:	5:	Mant. preventivo

1. CICLADO: Tiempo de la prueba: 90 min | Generó Alarma: 30 | Si | | Cual?

2. RUIDO EXTRAÑO: Si | | X | 3. ESTADO DE MANGUERAS: Bueno | X | Malas | 4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Bueno | X | Malo |

5. DAÑOS IDENTIFICADOS:

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: Bueno | 7. CONTROL DE TEMPERATURA: Buena 5: | Con Sobrecalentamiento

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 6.5. V	Verifica voltaje de la pila	4.8V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumatica del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	Ok
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	Ok
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado:

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - E5)	Lo
2	Flujo Maximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-E5)	Lo
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	activo
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta linea eléctrica	activo
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	activo
6	Otros:		
8	Otros:		
9	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (5-7 PSI)	OXIGENO (90% - 99%)	FLUJOMETRO (10-14u)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (20-34u)	Pila (20-34u)	"Flujo a 0" (LO-E5)	REJILLAS (50 - 64u)	FILTROS (50 - 64u)	BASE (50 - 64u)	CODIGO DE BARRAS: BASE (50 - 64u)	MANGA (50 - 64u)	RUEDAS (50 - 64u)	OBSERVACIONES
	2696	6.4	94.5	5:	5:	5:	LO	5:	5:	5:	5:	5:	5:	Limpieza Corectamente

FIRMA MANTENIMIENTO: Whitmer G.