OXPro

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Código	GAD-MAN-FR-005
Versión: 1	Fecha Actualización: 03/09/2019
	Página 1 de 2

Fecha Revisión		Revisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo	MN-1548 B	Fecha Inicio	14/10/21 9:11	Fecha Fin	14/10/21 10:42

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

SINTOMA REPORTADO (DEGRADACIÓN DEL SISTEMA)

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ID. SOPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
						SI		No	
						SI		No	
						SI		No	
						SI		No	
						SI		No	
						SI		No	
						SI		No	

OBSERVACIONES ADICIONALES DADAS POR EL CLIENTE

En Mantenimiento

HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (5-7 PSI)	OXIGENO (92% - 95%)	FLUJOMETRO (50 Hz)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (50 Hz)	Pila (50 Hz)	"Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (50 Hz)	FILTROS (50 Hz)	BASE (50 Hz)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (50 - 1KΩ)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (50 - 1KΩ)	RUEDAS (50 Hz)	OBSERVACIONES
13791	6.2	93.7	SI	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Mant. preventivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	90 min	Generó Alarma	No X	Si		Cual?
2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Bueno X		Malas
4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno X		Malo				
5. DAÑOS IDENTIFICADOS							
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Buenas	7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	Si	Con Sobrecalentamiento		

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila S.S. V	Verifica voltaje de la pila	4.8V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado	

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	ES
2	Flujo Mínimo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES)	Lo
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros:		
8	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento

HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (5-7 PSI)	OXIGENO (92% - 95%)	FLUJOMETRO (50 Hz)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (50 Hz)	Pila (50 Hz)	"Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (50 Hz)	FILTROS (50 Hz)	BASE (50 Hz)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (50 - 1KΩ)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (50 - 1KΩ)	RUEDAS (50 Hz)	OBSERVACIONES
13800	6.1	91.8	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Funciona Correctamente

FIRMA MANTENIMIENTO	