

Fecha Realización: \_\_\_\_\_ Revisión # \_\_\_\_\_ Auxiliar Mantenimiento: \_\_\_\_\_ No. Orden: \_\_\_\_\_  
 Código Equipo: **MM-1913B** Fecha Inicio: **15/10/21** **9:05** Fecha Fin: **15/10/21** **10:46**

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA		SI	NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO	DESPUÉS CAMBIADO	
FALTA	CAUSAS	SI	NO	X	CANTIDAD	ESPECIFICACIONES	SI	NO

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REJILLAS	FILTROS	PASE	CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES		
					Desconexión	Pila	"Flejo a G"				REJILLAS	FILTROS	PASE			REJILLAS	RUEDAS
					(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)				(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)			(SI-NO)	(SI-NO)
4220	6493.4	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Plant. preventivo		
1. CICLADO		Tiempo de la prueba		90min		Generó Alarma		No		SI		Cust?					
2. RUIDO EXTRAÑO		SI		No		3. ESTADO DE MANGUERAS		Bueno		Malas		4. SISTEMA DE REFRIGERACION		No			
3. DAÑOS IDENTIFICADOS																	
4. ESTADO DE LAS CONDICIONES		Bueno				7. CONTROL DE TEMPERATURA		Buena		5.		Con Sobrecalentamiento					

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Ensayo Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	4.5v
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	prácticamente
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripción del diagnóstico identificado	

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flejo a G (Cierre Regímetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LD - ES)	ES
2	Flejo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo) y (LL-LS-ES)	LO
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	activo
4	Desconexión tarjeta de flejo	Desconecta línea eléctrica	activo
5	Activación de válvula de alta	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	activo
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REJILLAS	FILTROS	PASE	CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES		
					Desconexión	Pila	"Flejo a G"				REJILLAS	FILTROS	PASE			REJILLAS	RUEDAS
					(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)				(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)			(SI-NO)	(SI-NO)
4220	6492.7	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	funciona correctamente			
FIRMA MANTENIMIENTO														Wagner G.			