OXiPro

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo	GAD-MANFR-009
Versión: 1	Fecha Actualización: 05/09/2019
	Página 1 de 2

Fecha Remisión		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

IDENTIFICACION DEL EQUIPO

Codigo Equipo	172755 257789	Fecha Inicio	15/10/21 7:44	Fecha Fin	15/10/21 8:56

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO		FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

SINTOMA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	CODIGO	REPUESTO CAMBIADO			
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DESCRIPCION DE LA SOLICITUD O CONDICIONES DE RADICACION POR USUARIO

En Mantenimiento

HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0- 7 PSI)	OXIGENO (90% - 95%)	FLUJOMETRO (5l-4m)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5l-Ma)	Pila (5l-Ma)	"Flujo o 0" (LO-ES)	REJILLAS (5l-No)	FILTROS (5l-No)	BASE (5l-No)	CODIGO DE BARRAS: BASE (5l-NO)	MANIJA (5l-NO)	RUEDAS (5l-No)	OBSERVACIONES
1884	8.6	96.7	Si	Si	Si	N.A	Si	Si	Si	N.A	Si	Si	Mal. Preventivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	Gorrón	Gecerá Alarma	No		Si		Cual?	
2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buena		Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno		Malo
5. DAÑOS IDENTIFICADOS									
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno		7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	Si		Con Sobrecalentamiento		

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V	Verifica voltaje de la pila	OK
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado	

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	N.A
2	Flujo Maximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES)	N.A
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta linea eléctrica	N.A
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	N.A
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento

HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0- 7 PSI)	OXIGENO (90% - 95%)	FLUJOMETRO (5l-4m)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5l-Ma)	Pila (5l-Ma)	"Flujo o 0" (LO-ES)	REJILLAS (5l-No)	FILTROS (5l-No)	BASE (5l-No)	CODIGO DE BARRAS: BASE (5l-NO)	MANIJA (5l-NO)	RUEDAS (5l-No)	OBSERVACIONES
904	8.6	95.9	Si	Si	Si	N.A	Si	Si	Si	N.A	SI	SI	Funciona Correctamente

FIRMA MANTENIMIENTO: Wilmer G