ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo	GAS-MAN-FR-005
Versión: 1	Fecha Actualización: 05/08/2019
	Página 1 de 2

Fecha Remisión		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

IDENTIFICACION DEL EQUIPO

Codigo Equipo	2017100000002	Fecha Inicio	15/10/21 7:53	Fecha Fin	16/10/21 9:02

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

SINTOMAS REPORTADO POR EL OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CAN. REQ.	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
						SI		NO	
						SI		NO	
						SI		NO	
						SI		NO	
						SI		NO	
						SI		NO	
						SI		NO	

DETALLE ESTADO INICIAL EQUIPO PARA MANTENIMIENTO

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0-7 PSI)	OXIGENO (90% - 95%)	FLUJOMETRO (50-100)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (50-100)	Pila (50-100)	"Flujo = 0" (LO-ES)	REJILLAS (50-100)	FILTROS (50-100)	BASE (50-100)	CODIGO DE BARRAS: BASE (50-100)	BARRA (50-100)	RUEDAS (50-100)	OBSERVACIONES
	11615	6.4	88.7											

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	1 hora	Generó Alarma	No		Si	X	Cual?	Baja pureza

2. RUIDO EXTRAÑO	SI		NO		3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas		Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno		Malo	

5. DAÑOS IDENTIFICADOS	

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES		7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena		Con Sobrecalentamiento	

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V	Verifica voltaje de la pila	
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado	

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	
2	Flujo Mínimo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES)	
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0-7 PSI)	OXIGENO (90% - 95%)	FLUJOMETRO (50-100)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (50-100)	Pila (50-100)	"Flujo = 0" (LO-ES)	REJILLAS (50-100)	FILTROS (50-100)	BASE (50-100)	CODIGO DE BARRAS: BASE (50-100)	BARRA (50-100)	RUEDAS (50-100)	OBSERVACIONES
	11615		88.7											Baja pureza

FIRMA MANTENIMIENTO: Wilmer G.