



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
040-MAN-PP-008
Versión 1
Fecha Actualización: 03/03/2018
Página 1 de 2

Fecha: Remisión # Asesor: Mantenedor: No. Orden:

IDENTIFICACION DEL EQUIPO
Codigo Equipo: **NA-33943** Fecha Inicio: **15/10/21** **7:40** Fecha Fin: **15/10/21** **9:13**

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA SI NO Y FECHA INICIO AISLAMIENTO: FECHA FIN AISLAMIENTO:

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	E. REPORTE	REPARADO (CAMBIO)
					SI	No
					SI	No
					SI	No
					SI	No
					SI	No
					SI	No
					SI	No
					SI	No

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	ONDENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REJILLAS	FILTROS	BASE	CODIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (S1-S3)	Pila (S1-S3)	"Fallo a C" (S1-S3)				S1-S3	S4-S5	S6-S7		
	6409	6.0	95.1	51	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Mant. preventivo

1. CICLADO: Tiempo de la prueba **90 min** Gener. Alarma Con?

2. RUIDO EXTRAÑO: No Si Si 3. ESTADO DE MANGUERAS: No Si 4. SISTEMA DE REFRIGERACION: No Si

5. DAÑOS IDENTIFICADOS:

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: **Buena** 7. CONTROL DE TEMPERATURA: Buena **SI** Con Solenoido:

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila S.S. V	Se verifica voltaje de la pila	4.2V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido al ser ajusto o fuera	fuerte
6	Otro:		
7	Otro:		

Descripción del diagnóstico identificado:

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	ONDENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REJILLAS	FILTROS	BASE	CODIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (S1-S3)	Pila (S1-S3)	"Fallo a C" (S1-S3)				S1-S3	S4-S5	S6-S7		
	6410	6.1	95.4	51	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Fuera correctamente Bilmar G.

FIRMA MANTENIMIENTO: