ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo	GMO-MAN-FR-003
Versión: 1	Fecha Actualización: 02/08/2018
Página 1 de 2	

Fecha Revisión		Revisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

IDENTIFICACION DEL EQUIPO

Codigo Equipo	MN-43578	Fecha Inicio	15/10/21 7:41	Fecha Fin	15/10/21 9:13

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

SINTOMA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	EL REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DESCRIPCION DE ALGO ADICIONA EL OPERADOR/PACIENTE

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6-7 PSI)	OXIGENO (94% - 96%)	FLUJOMETRO (5l-6s)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5l-6s)	Pila (5l-6s)	"Flujo a 0" FLO-ES	REJILLAS (5l-6s)	FILTROS (5l-6s)	BASE (5l-6s)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (5l-6s)	CÓDIGO DE BARRAS: MANGA (5l-6s)	RUEDAS (5l-6s)	OBSERVACIONES
	9055	6.3	90.7	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Mant. Preventivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	90 min	Generó Alarma	X		SI		Cual?	
2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buena X		Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno X		Malo	
5. DAÑOS IDENTIFICADOS												
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno		7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	Si		Con Sobrecalentamiento					

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila S.S. V	Verifica voltaje de la pila	SV
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	Ok
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	Ok
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	Ok
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado	

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	ES
2	Flujo Maximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES)	LO
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	Ok
4	Desconexión tarjeta de Fujo	Desconecta linea eléctrica	Ok
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir malgueira de salida de aire de compresor	Ok
6	Otros:		
8	Otros:		
6	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6-7 PSI)	OXIGENO (94% - 96%)	FLUJOMETRO (5l-6s)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5l-6s)	Pila (5l-6s)	"Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (5l-6s)	FILTROS (5l-6s)	BASE (5l-6s)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (5l-6s)	CÓDIGO DE BARRAS: MANGA (5l-6s)	RUEDAS (5l-6s)	OBSERVACIONES
	9057	6.0	90.5	Si	Si	Si	Es	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Funciona Correctamente

FIRMA MANTENIMIENTO: Wilmar G