

Fecha Remisión	Remisión #	Auxiliar Mantenimiento	No. Orden
----------------	------------	------------------------	-----------

Identificación del Equipo	Fecha Inicio	Hora Inicio	Fecha Fin	Hora Fin
---------------------------	--------------	-------------	-----------	----------

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI	NO	V	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO
--------------------------------------	----	----	---	--------------------------	-----------------------

PAGA	DANO	CLASIFICADO	NO	SI	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO	RESPUESTA CAMBIADO

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	ORIGEN	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA										OBSERVACIONES
					Desconexión (L-ES)			RELAYES	FILTROS	BOQUE	CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	
					(P-1)	(P-2)	(P-3)				(B-1)	(B-2)	(B-3)		
1730	62	94.8	SI	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	NO	SI	SI	Ment. preventivo	
1. CICLADO		Tiempo de la prueba		90 min	Genero Alarma		SI	Cual?							
2. RUIDO EXTRAÑO		SI	NO	NO	3. ESTADO DE MANGUERAS		SI	Molas		4. SISTEMA DE REFRIGERACION		Buena	Mala		
5. DAÑOS IDENTIFICADOS															
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES					Buena	7. CONTROL DE TEMPERATURA		Buena	SI	Con Sobrecalentamiento					

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	4.5v
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAUS	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAUS

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre Flujo-metro)	Se verifica activación de alarmas (L1 - L2 - ES)	ES
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (L1-L2-ES)	OK
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	Buena
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta líneas eléctricas	Buena
5	Activación de válvula de ahorro	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	Buena
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	ORIGEN	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA										OBSERVACIONES
					Desconexión (L-ES)			RELAYES	FILTROS	BOQUE	CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	
					(P-1)	(P-2)	(P-3)				(B-1)	(B-2)	(B-3)		
1731	60	94.5	SI	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	NO	SI	SI	Fina Correctamente Wilmar	
FIRMA MANTENIMIENTO															