ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo:	GAS-MAN-FR-009
Versión: 1	Fecha Actualización: 08/08/2019
Página 1 de 2	

Fecha Remisión		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Codigo Equipo	MM - 42513	Fecha Inicio	14/10/21 8:53	Fecha Fin	14/10/21 10:30

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

SINTOMA REPORTADO ORIGINADO DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID REPUESTO	REPUESTO CAMBIADO			
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DETALLE ADICIONAL ENTREGADO POR PACIENTE

En Mantenimiento

HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0-7 PSI)	OXIGENO (90% - 98%)	FLUJOMETRO (El-Ko)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (El-Ko)	Pila (El-Ko)	"Flujo a 0" (LO-ES)	RUEDAS (El-Ko)	FILTROS (El-Ko)	BASE (El-Ko)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (El-MO)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (El-MO)	RUEDAS (El-Ko)	OBSERVACIONES
6910	4.0	33.7	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Mant. Correctivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	3 min	Generó Alarma	No		Si	X	Cual?	El
2. RUIDO EXTRAÑO	SI		No	X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas		Malas X	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno		Malo	
5. DAÑOS IDENTIFICADOS													
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno				7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	Si		Con Sobrecalentamiento				

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 6.5 V	Verifica voltaje de la pila	6.8V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	ok
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	ok
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	ok
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado	

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	Flowmetro Tornillo	1			
	Tornillo	2			

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - L2 - ES)	ES
2	Flujo Máximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES)	bo
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	activa
4	Desconexión sejeta de flujo	Desconexión línea eléctrica	activa
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	activa
6	Otros:		
6	Otros:		
6	Otros:		

En Mantenimiento

HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0-7 PSI)	OXIGENO (90% - 98%)	FLUJOMETRO (El-Ko)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (El-Ko)	Pila (El-Ko)	"Flujo a 0" (LO-ES)	RUEDAS (El-Ko)	FILTROS (El-Ko)	BASE (El-Ko)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (El-MO)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (El-MO)	RUEDAS (El-Ko)	OBSERVACIONES
6912	6.4	95.4	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Correcto funcionamiento

FIRMA MANTENIMIENTO