



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Código:	SAD-MAN-FRM-008
Revisión:	Fecha Actualización: 03/04/2014
	Página 1 de 3

Fecha Recepción	Remisión #	Auxilio Mantenimiento	No. Orden
-----------------	------------	-----------------------	-----------

Código Equipo	Fecha Inicio	Fecha Fin
MM-1314B	19/10/21 7:33	19/10/21 9:21

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI	NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO
--------------------------------------	----	----	---	--------------------------	-----------------------

FALLA	BIEN	CLASIFICADO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO

DETALLES ADICIONALES DADOS POR FACILITANTE

En Mantenimiento	HOMOMETRO	PRESION	CARGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			SEÑALIZAS	FILTROS	BIBOTE	CODIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (S-1)	Pila (S-2)	"Fuga a B" (S-3)				S-1	S-2		
	6042	6.0	94.0	5:	5:	5:	ES	5:	5:	5:	5:	5:	5:	Mant. preventivo
1. CICLADO	Tiempo de la prueba		90 min.		Genero Alarma	N/A								
2. RUIDO EXTRAÑO	SI	X	3. ESTADO DE MANGUERAS		N/A									
4. SISTEMA DE REFRIGERACION	SI	X	5. DAÑOS IDENTIFICADOS											
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno		7. CONTROL DE TEMPERATURA		Buena									

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	4.0V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	fuerte
6	Otro:		
7	Otro:		

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	Memoria tubo insonorización	1			

No.	Prueba - Simulada	Descripcion	Resultado
1	Fuga - 3 (Carga Fullload)	Se verifica activador de alarma (S1 - L0 - E3)	ES
2	Fuga Maximo	Se verifica activador de alarma visual y sonoro (LED Rojo y LED amarillo y (S1-L0-E3)	6
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	Activo
4	Desconexión tarjeta de fuga	Desconexión alarma electrónica	Activo
5	Activación de válvula de alivio	Capturó manguera de salida de agua de condensación	Activo
6	Otro:		
7	Otro:		
8	Otro:		

En Mantenimiento	HOMOMETRO	PRESION	CARGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			SEÑALIZAS	FILTROS	BIBOTE	CODIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (S-1)	Pila (S-2)	"Fuga a B" (S-3)				S-1	S-2		
	6044	6.2	93.7	5:	5:	5:	ES	5:	5:	5:	5:	5:	5:	Correcta funcionamiento PRIMA MANTENIMIENTO Wilmar C