



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
SAD MAN-PR-020
Fecha Actualización: 03/08/2018
Página 1 de 2

Fecha Recepción: _____ Remitente: _____ Auxiliar Mantenimiento: _____ No. Orden: _____

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO
Codigo Equipo: **SN0137943** Fecha Inicio: **19/10/21** 12:44 Fecha Fin: **19/10/21** 14:17

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA
SI NO FECHA INICIO AISLAMIENTO: _____ FECHA FIN AISLAMIENTO: _____

FALLA	BARRO	CLASE BARRO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	EL REPORTE	REPUESTO CURSADO
						SI No
						SI No
						SI No
						SI No
						SI No
						SI No
						SI No
						SI No
						SI No
						SI No

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

En Mantenimiento	HONOMETRO	PRESION	ONGULO	MILIMETRO	PRUEBAS DE ALARMA						CÓDIGO DE BARRAS	RUEDAS	OBSERVACIONES	
					Desconexión (SI-NO)	PIA (SI-NO)	"Fuga a P" (SI-NO)	REALAR (SI-NO)	FILTRO (SI-NO)	BASE (SI-NO)				BASE (SI-NO)
1059	6.6	93.4	SI	SI	SI	N.A	SI	SI	SI	N.A	SI	SI	Mant preventivo	
1. CICLADO	Tiempo de la prueba		40 min		Ganad Alarma		SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
2. RUIDO EXTRAÑO	SI	NO	NO	NO	3. ESTADO DE MANGUERAS		Bueno	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
4. DAÑOS IDENTIFICADOS														
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno		7. CONTROL DE TEMPERATURA		Bueno	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila S.S. V	Verifica voltaje de la pila	OK
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido al ser agitado o fuerte	OK
6	Otro:		prueba
7	Otro:		

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Fuga + E (Corte Pulverizado)	Se verifica activación de alarma (L1 - L3 - E2)	N.A
2	Fuga Masiva	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo) o (LED amarillo) y (L1 - L3 - E2)	N.A
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de fuga	Desconexión placa electrónica	N.A
5	Activación de válvula de aire	Control manguera de salida de aire al compresor	N.A
6	Otro:		N.A
7	Otro:		
8	Otro:		

En Mantenimiento	HONOMETRO	PRESION	ONGULO	MILIMETRO	PRUEBAS DE ALARMA						CÓDIGO DE BARRAS	RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (SI-NO)	PIA (SI-NO)	"Fuga a P" (SI-NO)	REALAR (SI-NO)	FILTRO (SI-NO)	BASE (SI-NO)			
1051	6.5	92.6	SI	SI	SI	N.A	SI	SI	SI	N.A	SI	SI	Funciona correctamente Mantenimiento