OXPro

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
Código: GAO-MAN-FR-008
Versión: 1 Fecha Actualización: 05/08/2019
Página 1 de 2

Fecha Remisión		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

IDENTIFICACION DEL EQUIPO

Código Equipo	AN-3631B	Fecha Inicio	25/10/21 9:29	Fecha Fin	25/10/21 11:21

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

ENTONA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO		
						Si		No
						Si		No
						Si		No
						Si		No
						Si		No
						Si		No
						Si		No

DETALLES ADICIONALES CARGO POR PACIENTE

ORDEN DE MANTENIMIENTO

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0 - 7 PSI)	OXIGENO (90% - 96%)	FLUJOMETRO (5 lpm)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (0 lpm)	PRUEBAS DE ALARMA: Pita (0 lpm)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LL-LO)	REJILLAS (El - No)	FILTROS (El - No)	BASE (El - No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (El - NO)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (El - NO)	RUEDAS (El - No)	OBSERVACIONES
	7314	6.3	95.1	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	NO	Si	Si	Mant. Correctivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	4 hr.	Genera Alarma	No		Si	X	Cual? LO
2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Bueno X		Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION Bueno		Malo
5. DAÑOS IDENTIFICADOS								
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno		7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	Si	Con Sobrecalentamiento		

DIAGNOSTICO FALLA

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	4.7V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexion neumatica del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones electricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electronicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	fuerte
6	Otros		
7	Otros		

Descripcion del diagnóstico identificado

REPUESTOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	Regulador flujo				

ACTIVIDADES REALIZADAS

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	ES
2	Flujo Maximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo y LED amarillo y (LL-LO ES)	Ok
3	Desconexión eléctrica	Activación Alarma sonora	OK
4	Desconexión tanque de flujo	Desconecta linea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Cierra manguera se genera de alta de presion	OK
6	Otros		
7	Otros		
8	Otros		

PRUEBAS DE SALIDA

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0 - 7 PSI)	OXIGENO (90% - 96%)	FLUJOMETRO (5 lpm)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (0 lpm)	PRUEBAS DE ALARMA: Pita (0 lpm)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LL-LO)	REJILLAS (El - No)	FILTROS (El - No)	BASE (El - No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (El - NO)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (El - NO)	RUEDAS (El - No)	OBSERVACIONES
	7316	6.2	94.7	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	NO	Si	Si	Correcto funcionamiento

FIRMA MANTENIMIENTO