

Fecha Recibido: _____ Remisión #: _____ Auxiliar Mantenimiento: _____ No. Orden: _____

IDENTIFICACION DEL EQUIPO
 Codigo Equip: **NV-1708G** Fecha Inicio: **22/10/21** 8:43 Fecha Fin: **22/10/21** 10:56

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE FLAJA SI: _____ NO: **Y** FECHA INICIO AISLAMIENTO: _____ FECHA FIN AISLAMIENTO: _____

FALLA	CARGO	CLASIFICACION	DESCRIPCION	CANTIDAD	N. REPORTE	REPLASTO CAMBIADO

SINTOMA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	DEBIDO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REJILLAS	FILTROS	MARBES	CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES		
					Desconexión (SI/NO)	PIA (SI/NO)	"Flujo a 0" (SI/NO)				11-11	11-12	11-13				
					SI	SI	SI				SI	SI	SI			SI	
	SI	6.0	70.4	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Mant. Correctivo		
1. CIEGADO	Tiempo de la prueba				Vainita	General Alarma	No					X	OK?				
2. RUDO EXTRAÑO																	
3. DADOS IDENTIFICADOS																	
4. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno																
7. CONTROL DE TEMPERATURA	Bueno																

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado PIA S.S. V	Verificar voltaje de la pila	4.8v
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión hidráulica del equipo	OK
3	Conexion electrica	Se verifican las conexiones electricas del equipo	OK
4	Conexion electronica	Se verifican las conexiones electronicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido al ser agitado a fuerza	fuerte
6	Otro:		
7	Otro:		

Descripción del diagnóstico identificado: _____

CÓDIGO	DESCRIPCION	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCION	CANT
	tamiz	2			

No.	Prueba / Situación	Descripción	Resultado
1	Pila + 0 (Corte Flujo)	Se verifica activación de alarmas (L1 - L2 - E2)	ES
1	Pila Manera	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo + LED amarillo + LL-CE)	lo
1	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	Correcto
4	Desconexión física de flujo	Desconexión línea eléctrica	Correcto
5	Activación de válvula de flujo	Cerrar manivela de salida de aire de respirador	Correcto
6	Otro:		
6	Otro:		
6	Otro:		

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	DEBIDO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REJILLAS	FILTROS	MARBES	CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (SI/NO)	PIA (SI/NO)	"Flujo a 0" (SI/NO)				11-11	11-12	11-13		
					SI	SI	SI				SI	SI	SI		
	SI	6.1	95.1	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Correcto funcionamiento

FIRMA MANTENIMIENTO: *[Firma]*