



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO: ISO-8447-1:2015  
Versión: 1 Fecha Actualización: 03/08/2014  
Página 1 de 2

Fecha Suministro: \_\_\_\_\_ Remisión: \_\_\_\_\_ Auxiliar Mantenimiento: \_\_\_\_\_ No. Orden: \_\_\_\_\_

IDENTIFICACION DEL EQUIPO  
Codigo Equipo: **AN-405B** Fecha Inicio: **20/12/20** 7:33 Fecha Fin: **20/12/20** 9:20

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI  NO  X FECHA INICIO AISLAMIENTO: \_\_\_\_\_ FECHA FIN AISLAMIENTO: \_\_\_\_\_

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	AL REPORTE	REQUERIDO	ORDENADO
	X		Switch encendido	1		S	X
	X		Cable de poder	1		S	X
						S	No
						S	No
						S	No
						S	No
						S	No
						S	No

DETALLES ADICIONALES (AJUSTAR POR PRESENTE)

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	CARGANDO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REJILLAS	FILTROS	BARRAS	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES	
					DESCRIPCION	FIN	"Fuga a F"				BASE (21-22)	BARRA (23-24)			
16974	6.3	95.1	S	S	S	ES	S	S	S	NO	S	S	Manl. Correctivo		
1. CICLADO		Tiempo de la prueba		90min		Cambio alarma		X		E		Cul?			
2. RUIDO EXTRAÑO		S		X		3. ESTADO DE MANGUERAS		S		X		4. SISTEMA DE REFRIGERACION		S	
5. DAÑOS IDENTIFICADOS															
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES		Bueno		7. CONTROL DE TEMPERATURA		Buena		S		Con Subcalentamiento					

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verificar voltaje de la pila	S
2	Prueba de Fugas	Se verifica con nivel manómetro del equipo	OK
3	Conexion electrica	Se verifican las conexiones electricas del equipo	OK
4	Conexion electronica	Se verifican las conexiones electronicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido en el equipo o alarma	OK puede
6	Otro		
7	Otro		

Descripcion del diagnostico identificado

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulacion	Descripcion	Resultado
1	Fuga - II (Carga Normal)	Se verifica activador de alarma (L1-L2-E2)	E
2	Fuga Manera	Se verifica activador de alarma visual y sonora (L2D-Rapo o L2D-sonido) y (L1-L2-E2)	NO
3	Conexion electronica	Activacion alarma sonora	OK
4	Conexion cable de fuga	Desconecta linea electronica	OK
5	Aplicacion de niveles de agua	Operar manguea de prueba de nivel de sensor	OK
6	Otro		
7	Otro		
8	Otro		

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	CARGANDO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REJILLAS	FILTROS	BARRAS	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
					DESCRIPCION	FIN	"Fuga a F"				BASE (21-22)	BARRA (23-24)		
16975	6.3	94.2	S	S	S	ES	S	S	S	NO	S	S	funciona correctamente hjhjhg	