



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
 CAD-MUL-FR-028
 Versión: 1
 Fecha Actualización: 05/03/19
 Página 1 de 2

Fecha Revisión: _____ Revisión # _____ Asesor Mantenimiento: _____ No. Orden: _____

Código Equipo: **M-10963** Fecha Inicio: **22/01/21 9:10** Fecha Fin: **22/01/21 11:00**

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI NO FECHA INICIO AISLAMIENTO: _____ FECHA FIN AISLAMIENTO: _____

FALLA	CÓDIGO	CLASE BARRIO	ENTIDAD	NO. REPORTE	RECURSOS CAMBIADOS
b		Switch encendido	x		X
					SI No
					SI No
					SI No
					SI No
					SI No
					SI No

En Mantenimiento	HIDRÓMETRO	PRESIÓN	CARGO	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (E-2)	Pila (E-3)	"Flejo a E"				BASE (E-1)	MARCA (E-1)	MARCA (E-2)		
	23970	6.0	94.6	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Mant. Correctiva
1. CICLADO	Tiempo de la prueba		90 min		Generó Alarma	No X	SI								
2. RUEDA EXTRAÑO	SI	X	3. ESTADO DE MANGUERAS			Buena X									
4. DAÑOS IDENTIFICADOS															
5. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Buena				7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena					SI			Con Sobrecalentamiento	

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	OK
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido al azar o fuerte	OK
6	Otros:		OK
7	Otros:		OK

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flejo = 0 (Cierre Agujetas)	Se verifica activación de alarmas (LL - L0 - E2)	SI
2	Flejo Mínimo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-0-E2)	SI
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flejo	Desconecta línea eléctrica	OK
5	Activación de alarma de alto	Distraer manguera de salida de alta de compresor	OK
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HIDRÓMETRO	PRESIÓN	CARGO	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión	Pila	"Flejo a E"				BASE (E-1)	MARCA (E-1)	MARCA (E-2)		
	23970	6.1	94.4	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Fuuncog Correctamente

Firma Mantenimiento: **Walmir G.**