ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Código	GAC-MAM-FR-009
Versión: 1	Fecha Actualización: 05/08/2019
Página 1 de 2	

Fecha Remisión: | Remisión #: | Auxiliar Mantenimiento: | No. Orden:

IDENTIFICACION DEL EQUIPO

Código Equipo: NN-4982 | Fecha Inicio: 22/10/21 7:30 | Fecha Fin: 22/10/21 9:16

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI [ ] NO [X] | FECHA INICIO AISLAMIENTO: | FECHA FIN AISLAMIENTO:

SINTOMA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	EN REPORTE	REPUESTO	CAMBIADO
						SI / NO	SI / NO
						SI / NO	SI / NO
						SI / NO	SI / NO
						SI / NO	SI / NO
						SI / NO	SI / NO
						SI / NO	SI / NO
						SI / NO	SI / NO

OBSERVACIONES DEL ALISTAMIENTO A LA CONEXIÓN PACIENTE:

En Mantenimiento

HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6-7 PSI)	OXIGENO (90% - 95%)	FLUJOMETRO (5 l/m)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5 l/m)	PEa (50 l/m)	"Flujo a 0" (LO-ES)	REGILLAS (SI - NO)	FILTROS (SI - NO)	BASE (SI - NO)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI - NO)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (SI - NO)	RUEDAS (SI - NO)	OBSERVACIONES
4961	6.2	95.9	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Mant. Preventivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	90 min	Generó Alarma	NO	SI	Cual?	
2. RUIDO EXTRAÑO	SI [ ]	NO [X]	3. ESTADO DE MANGUERAS	Bueno [X]	Malas [ ]	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno [X] Malo [ ]
5. DAÑOS IDENTIFICADOS							
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno	7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	SI	Con Sobrecalentamiento		

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V	Verifica voltaje de la pila	4.8 V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado:

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Clema flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	ES
2	Flujo Máximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES)	LO
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconexion linea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento

HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6-7 PSI)	OXIGENO (90% - 95%)	FLUJOMETRO (5 l/m)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5 l/m)	PEa (50 l/m)	"Flujo a 0" (LO-ES)	REGILLAS (SI - NO)	FILTROS (SI - NO)	BASE (SI - NO)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI - NO)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (SI - NO)	RUEDAS (SI - NO)	OBSERVACIONES
4962	6.2	96.0	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Correcta funcionamiento ls

FIRMA MANTENIMIENTO: [signature]