ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo	GMO-MAN-PRL-009
Version: 1	Fecha Actualización: 03/08/2018
	Página 1 de 2

Fecha Remisión: | Remisión #: | Auxiliar Mantenimiento: | No. Orden:

IDENTIFICACION DEL EQUIPO

Codigo Equipo: 7FSSE 20190 70371 | Fecha Inicio: 22/10/21 7:32 | Fecha Fin: 22/10/21 10:03

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI [ ] NO [X] | FECHA INICIO AISLAMIENTO: | FECHA FIN AISLAMIENTO:

ANOMALIAS REPORTADO OPERACION DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	PIEZA DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	REPUESTO	REPUESTO CAMBIADO	
						SI	NO
						SI	NO
						SI	NO
						SI	NO
						SI	NO
						SI	NO
						SI	NO

ACTIVIDADES ADICIONALES REALIZADAS DURANTE EL MANTENIMIENTO

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (5-7 PSI)	OXIGENO (90% - 95%)	FLUJOMETRO (50 lts)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (50 Hz)	Pita (50 Hz)	"Flujo = 0" (LO-ES)	REJILLAS (50 - Hz)	FILTROS (50 - Hz)	BASE (50 - Hz)	CODIGO DE BARRAS: BASE (50 - HZ)	BANDA (50 - HZ)	RUEDAS (50 Hz)
	17213	6.4	94.1	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI

OBSERVACIONES: Mant. Preventivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	2 horas	Generó Alarma	NO [X]	SI [ ]	Cual?	
2. RUIDO EXTRAÑO	SI [ ]	NO [X]	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buena [✓]	[ ]	Mala	4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Bueno [✓] [ ] Malo [ ]
5. DAÑOS IDENTIFICADOS							
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno		7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	SI	Con Sobrecalentamiento	

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 6.5. V	Verifica voltaje de la pila	Mon
2	Prueba de Fugas	Se verifica cosexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado:

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	ES
2	Flujo Maximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES)	LO
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta linea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Obturar manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros:		
7	Otros:		1
8	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (5-7 PSI)	OXIGENO (90% - 95%)	FLUJOMETRO (50 lts)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (50 Hz)	Pita (50 Hz)	"Flujo = 0" (LO-ES)	REJILLAS (50 - Hz)	FILTROS (50 - Hz)	BASE (50 - Hz)	CODIGO DE BARRAS: BASE (50 - HZ)	BANDA (50 - HZ)	RUEDAS (50 Hz)
	17215	6.4	93.7	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI

OBSERVACIONES: Correcta Funcionamiento

FIRMA MANTENIMIENTO: