OXPro

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
Código: GAD-MAN-I-N-006
Versión: 1 | Fecha Actualización: 05/08/2015
Página 1 de 3

Fecha Remisión: | Revisión #: | Auxiliar Mantenimiento: | No. Orden:

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo: NW-1785 B | Fecha Inicio: 22/10/21 10:01 | Fecha Fin: 27/10/21 9:27

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI | NO: X | FECHA INICIO AISLAMIENTO | FECHA FIN AISLAMIENTO

SOLICITUD REPARACIÓN/MODIFICACIÓN DE SERVICIO

TALLA	UNIDAD	CLASIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ID REPORTE	REPUESTO CAMBIADO		
			Filtro Lateral (Pequeño)	1		Si		No
						Si		No
						Si		No
						Si		No
						Si		No
						Si		No
						Si		No

OBSERVACIONES DE LA SOLICITUD (DILIGENCIADO POR PACIENTE)

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (3-7 PSI)	OXIGENO (89% - 95%)	FLUJOMETRO (30 lts)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (30 lts)	Pila (30 lts)	"Flujo x 0" (LO-SS)	REJILLAS (30 - 50)	FILTROS (30 - 50)	BASE (30 - 50)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (30 - 50)	CÓDIGO DE BARRAS: MANGUERA (30 - 50)	RUEDAS (30 lts)	OBSERVACIONES
	9435	6.3	95,7	Si	Si	Si	LO	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Mant. Correctivo

1. CICLADO: Tiempo de la prueba: 13 min | Generó Alarma: No | Si: X | Cuál? LO
2. RUIDO EXTRAÑO: Si | No: X | 3. ESTADO DE MANGUERAS: Buenas | Malas: X | 4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Bueno: X | Malo
5. DAÑOS IDENTIFICADOS:
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: Bueno | 7. CONTROL DE TEMPERATURA: Bueno | Si: | Con Sobrecalentamiento

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 6.5 V	Verifica voltaje de la pila	SV
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK.
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripción del diagnóstico identificado:

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	Aleta Compresor	1		Tarjeta Principal	
	Filtro interno	1		SN: 20210119001 46	
	Manguera tamiz	1			

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - EE)	LO
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-EE)	LO
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecte línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (3-7 PSI)	OXIGENO (89% - 95%)	FLUJOMETRO (30 lts)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (30 lts)	Pila (30 lts)	"Flujo x 0" (LO-SS)	REJILLAS (30 - 50)	FILTROS (30 - 50)	BASE (30 - 50)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (30 - 50)	CÓDIGO DE BARRAS: MANGUERA (30 - 50)	RUEDAS (30 lts)	OBSERVACIONES
	9445	6.3	95.4	Si	Si	Si	LO	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Correcto Funcionamiento

FIRMA MANTENIMIENTO: