

		ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES				FORMATO Código: GAS-AM-78-28 Versión: 1 Fecha Actualización: 03/05/2010 Página: 1 de 2	
Fecha Revisión	Revisión #	Apellido Mantenimiento		No. Orden			
Código Equipo	MV-2070		Fecha Inicio	23/10/21	7:31	Fecha Fin	23/10/21
EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA		SI	NO	X		FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESIÓN	CARGANDO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA							OBSERVACIONES					
					Desconexión (SI-NO)	Pila (SI-NO)	"Flujo a 0" (SI-NO)	RELLAVES (SI-NO)	PA. (SI-NO)	PAUSE (SI-NO)	CÓDIGO DE BARRAS (SI-NO)	BUBIDAS (SI-NO)					
En	10133	64	479	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Mant. Positivo			
1. CICLADO		Tiempo de la prueba		91 min		Convi. Alarma		No		Mód.		4. SISTEMA DE REFRIGERACION		Bajo		Mab	
2. RUIDO EXTRAÑO		SI		No		3. ESTADO DE MANGUERAS		Ruid		Mód.		4. SISTEMA DE REFRIGERACION		Bajo		Mab	
5. DAÑOS IDENTIFICADOS																	
6. ESTADO DE LAS CONDICIONES		Buenas				7. CONTROL DE TEMPERATURA		Buena		SI		Con Sobrecalentamiento					

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila S.E. V	Verifica voltaje de la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	OK
6	Otros:		perk
7	Otros:		

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.

No.	Prueba / Situación	Descripción	Resultado
1	Flujo a 0 (Convi. Sólido)	Se verifica activación de alarmas (L1 - L2 - Z3)	ES
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (L1-L2-S3)	SI
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	Activo
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconexión línea eléctrica	Activo
5	Activación de vibrado de pila	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	Activo
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESIÓN	CARGANDO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA							OBSERVACIONES				
					Desconexión (SI-NO)	Pila (SI-NO)	"Flujo a 0" (SI-NO)	BUBIDAS (SI-NO)	PAUSE (SI-NO)	CÓDIGO DE BARRAS (SI-NO)	BUBIDAS (SI-NO)					
En	10133	62	93.7	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Correcto funcionamiento		
FIRMA MANTENIMIENTO												Valencia G				