



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
Código: SAC/AM/FR/02
Versión: 1 Fecha Actualización: 05/06/2018
Página 1 de 2

Fecha Recepción: _____ Remisión # _____ Acortar Mantenimiento: _____ No. Orden: _____

Código Equipo: **NA-6453** Fecha Inicio: **23/10/21** 7:32 Fecha Fin: **23/10/21** 9:17

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI NO Y FECHA INICIO AISLAMIENTO: _____ FECHA FIN AISLAMIENTO: _____

FALLA	DATE	PLANEADO	SI	NO	Y	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO	RESPECTO CAMBIOS

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	ORIGEN	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REGLAS	FILTROS	BASE	CODIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión	Pila	"Fijo a 4"				10-10	10-10	10-10		
1460	6.7	94.7	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Mant. preventivo
1. CICLADO		Tiempo de la prueba		49 min		Generó Alarma		No X		SI		Coef			
2. HUMO EXTRAÑO		SI		NO X		3. ESTADO DE MANGUERAS		Buena		Malas		4. SISTEMA DE REFRIGERACION		Buena Malo	
5. DAÑOS IDENTIFICADOS															
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES															
Bueno															
7. CONTROL DE TEMPERATURA															
Buena SI Con Solucionamiento															

No.	Prueba / Situación	Descripción	Resultado
1	Estado Pila S.S.V	Verifica voltaje de la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión hidráulica del equipo	OX
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OX
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OX
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	OX
6	Otros:		
7	Otros:		
Descripción del diagnóstico identificado			

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Situación	Descripción	Resultado
1	Fuga - 0 (Derra fugativa)	Se verifica activación de alarma (L1-L3-E0)	ES
2	Fuga Masiva	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Fuga o LED alarma) y (L1-L3-E1)	LO
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OX
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	OX
5	Adhesión de vehículo de arbo	Operar manguera de salida de aire de compresor	OX
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	ORIGEN	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REGLAS	FILTROS	BASE	CODIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión	Pila	"Fijo a 4"				10-10	10-10	10-10		
17461	6.1	94.3	SI	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Correcta funcionamiento
FIRMA MANTENIMIENTO: <i>Wolmerh</i>															