

OXPro		ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES				FORMATO	
Fecha Recepción		Número #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	
Código Equipo		Fecha Inicio		Fecha Fin		Código	
2F5AB2019020242		23/10/21 9:30		23/10/21 9:10		DAD-AM-FR-02	
Versión 1		Fecha Actualización: 02/05/2018		Página 1 de 2			
EQUIPO CONTAMENADO POR POSIBLE PLAGA		SI	NO	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	
FALLA		OK	CLASE 2-AÑO				
En Mantenimiento		SI	NO				

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	QUEDADO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA						CODIGO DE BARRAS			RUELAS	OBSERVACIONES
					Desconexión	Pila	"Fijo a 0"	ALARMA	ALARMA	ALARMA	ALARMA	ALARMA	ALARMA		
SI	6.8	94.0	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Mant. Preventivo
1. CICLADO		Tiempo de la prueba		90 min		Generó Alarma		SI		Cual?					
2. RUIDO EXTRAÑO		SI		NO		3. ESTADO DE MANGUERAS		SI		Móvil		4. SISTEMA DE REFRIGERACION		SI	
5. DAÑOS IDENTIFICADOS															
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES		Bueno				7. CONTROL DE TEMPERATURA		Bueno		SI		Con Sobresaturamiento			

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifico voltaje de la pila	OK
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido al se agota o fuerte	OK
6	Otras:		
7	Otras:		

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Fuga a 0 (Cierre Fijamento)	Se verifica activación de alarmas (L1 - L2 - E2)	OK
2	Fuga Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (L1-L2-E2)	OK
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión rápida de fuga	Desconexión línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de aire	Control manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otras:		
7	Otras:		
8	Otras:		

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	QUEDADO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA						CODIGO DE BARRAS			RUELAS	OBSERVACIONES
					Desconexión	Pila	"Fijo a 0"	ALARMA	ALARMA	ALARMA	ALARMA	ALARMA	ALARMA		
SI	6.8	94.2	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Fuera de Conexión de
Firma Mantenimiento														Walter G.	