



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
 C04D-MAN-FR-008
 Versión 1 Fecha Actualización: 02/02/2019
 Página 1 de 2

Fecha Remisión: _____ Revisión # _____ Auxiliar Mantenimiento: _____ No. Orden: _____

Código Equipo: **MN-3870B** Fecha Inicio: **25/10/24** Hora: **7:32** Fecha Fin: **25/10/24** Hora: **9:17**

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI NO FECHA INICIO AISLAMIENTO: _____ FECHA FIN AISLAMIENTO: _____

FALLA	DAÑO	ELIMINADO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	REPORTE	REPOSICIÓN	REPOSICIÓN

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESIÓN	OXIGENO	FILTROMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			RELLANOS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (B-32)	Pila (B-34)	"Fallo a 8" (B-35)				BARRA (B-37)	BARRA (B-38)		
9169	6.5	94.4	Si	Si	Si	Si	Es	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Mant. preventivo

1. CICLADO: Tiempo de la prueba: **90 min** Generó Alarma: **No**

2. RUIDO EXTRAÑO: **Si**

3. ESTADO DE MANGUERAS: **Bueno**

4. SISTEMA DE REFRIGERACION: **Bueno**

5. DAÑOS IDENTIFICADOS: _____

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: **Bueno**

7. CONTROL DE TEMPERATURA: **Bueno**

8. Con Subcalentamiento: **Si**

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	4.06
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o sordo	Level
6	Otro:		
7	Otro:		

Descripción del defecto identificado: _____

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Fallo a 0 (Cierre Rápido)	Se verifica activación de alarma (LL-12-63)	ES
2	Fallo Maestro	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo) (LL-40-ES)	OK
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otro:		
7	Otro:		
8	Otro:		

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESIÓN	OXIGENO	FILTROMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			RELLANOS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (B-32)	Pila (B-34)	"Fallo a 8" (B-35)				BARRA (B-37)	BARRA (B-38)		
9191	6.2	95.1	Si	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Conecto funcionamiento Wilmarth