ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo	GAD-MAN-FR-003
Version: 1	Fecha Actualización: 05/08/2019
	Página 1 de 2

Fecha Remisión		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

IDENTIFICACION DEL EQUIPO

Codigo Equipo	5W074 5474	Fecha Inicio	26/10/21 7:34	Fecha Fin	26/10/21 8:49

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

SINTOMA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	No. REPORTE	REQUIERE CAMBIO	
						SI	NO
						SI	NO
						SI	NO
						SI	NO
						SI	NO
						SI	NO
						SI	NO

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión	Pita	"Flujo a 0"	RUEDAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS: EXIST	MANUAL	RUEDAS	OBSERVACIONES
	(Hrs)	(5-7 PSI)	(90% - 96%)	(5l/4m)	(SI-No)	(SI-No)	(LO-EE)	(SI - No)	(SI - No)	(SI - No)	(SI-NO)	(SI - NO)	(SI-No)	
	13354	6.4	94.7	Si	Si	Si	N.A	Si	Si	Si	N.A	Si	Si	Mant. preventivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	1 hora	Generó Alarma	No X	Si		Cual?	
2. RUIDO EXTRAÑO	SI		No X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas X		Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno X		Malo
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
5. DAÑOS IDENTIFICADOS											
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno		7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	Si		Con Sobrecalentamiento				

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V	Verifica voltaje de la pila	OK
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado	

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre Flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - EE)	N.A
2	Flujo Mostrar	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-EE)	N.A
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	Chirrido
4	Desconexión brusca de flujo	Desconecta linea eléctrica	N.A
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	N.A
6	Otros:		
6	Otros:		
6	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión	Pita	"Flujo a 0"	RUEDAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS: EXIST	MANUAL	RUEDAS	OBSERVACIONES
	(Hrs)	(5-7 PSI)	(90% - 96%)	(5l/4m)	(SI-No)	(SI-No)	(LO-EE)	(SI - No)	(SI - No)	(SI - No)	(SI-NO)	(SI - NO)	(SI-No)	
	13643	6.1	94.0	Si	Si	Si	N.A	Si	Si	Si	N.A	Si	Si	Correcto funcionamiento

FIRMA MANTENIMIENTO: Wilmer G.