

Fecha Realización: _____ Remisión a: _____ Auxiliar Mantenimiento: _____ No. Orden: _____

Código Equipo: **MN-2231B** Fecha Inicio: **20/10/21** 7:34 Fecha Fin: **20/10/21** 9:16

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA		SI	NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO
FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	NO. REPORTE	REPERTEO CAMBIADO
						SI No
						SI No
						SI No
						SI No
						SI No
						SI No

En Mantenimiento	HORIZONMETRO	PRESIÓN	CICLO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA						RELLenos	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión		Pila		"Flujo a 0"					BASE	BASE	BASE		
					SI/NO	SI/NO	SI/NO	SI/NO	SI/NO	SI/NO								
	9351	60	94.5	SI	SI	SI	LO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Mgn? Pioncario		
1. CICLADO	Tiempo de la prueba		90 min		Generó Alarma		X											
2. RUIDO EXTRAÑO	SI		No	X	3. ESTADO DE MANGUERAS		X											
5. DAÑOS IDENTIFICADOS																		
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Buena				7. CONTROL DE TEMPERATURA		Buena											

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verificó voltaje de la pila	OK
2	Prueba de Fugas	Se verificó conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verificó sonido al ser agudado o fuerte	fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre Flujo)	Se verifica activación de alarmas (JL - LS - ES)	Lo
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (JL-LS-ES))	Lo
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta sin flujo	Desconexión línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Cobertura manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros:		
6	Otros:		
6	Otros:		

En Mantenimiento	HORIZONMETRO	PRESIÓN	CICLO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA						RELLenos	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión		Pila		"Flujo a 0"					BASE	BASE	BASE		
					SI/NO	SI/NO	SI/NO	SI/NO	SI/NO	SI/NO								
	9351	62	95.2	SI	SI	SI	Lo	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Correcto Pioncario whilmar		