

Fecha Remisión: _____ Remisión #: _____ Auditor Mantenimiento: _____ No. Orden: _____

Código Equipo: **DM200 915206** Fecha Inicio: **26/10/21** Hora Inicio: **10:50** Fecha Fin: **26/10/21** Hora Fin: **11:16**

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI NO X FECHA INICIO AISLAMIENTO: _____ FECHA FIN AISLAMIENTO: _____

FALLA (CANT)	DESCRIPCIÓN	SI	NO	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO

En Mantenimiento	HIDRÓMETRO	PRESIÓN	OXÍGENO	FILLUMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			RELLADO	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS			RUEDEAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (SI-NO)	Pila (SI-NO)	"Flejo a 0"				BASE (SI-NO)	ETIQUETA (SI-NO)	SI-NO		
2257	B.1	37.6													Presenta Baja pureza
1. CICLADO		Tiempo de la prueba			Generó Alarma		No	Si	Cual?						
2. RUIDO EXTRAÑO		SI	No	3. ESTADO DE MANGUERAS		Buenas	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION		Buena	Mala				
5. DAÑOS IDENTIFICADOS		Sonido interno													
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES		7. CONTROL DE TEMPERATURA		Buena	Con Sobrecalentamiento										

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si se agota a fuerza	
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripción del diagnóstico identificado: _____

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Clave forzada)	Se verifica activación de alarmas (LL - LD - ES)	
2	Flejo Máquina	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y LL-LD-ES)	
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconexión línea eléctrica	
5	Activación de válvula de alivio	Destruir manguera de salida de aire de compresor	
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HIDRÓMETRO	PRESIÓN	OXÍGENO	FILLUMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			RELLADO	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS			RUEDEAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (SI-NO)	Pila (SI-NO)	"Flejo a 0"				BASE (SI-NO)	ETIQUETA (SI-NO)	SI-NO		
2257	B.1	37.6													Equipo de Oxayude FINA MANTENIMIENTO <i>Wilmar G.</i>