

<b>OxPro</b>		<b>ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES</b>				FORMATO GAD-MAN-PR-008	
Fecha Revisión		Revisión #		Aux/Ext. Mantenido		Versión: 1 Fecha Actualización: 05/04/2019 Página 1 de 2	

Codigo Equipo	12255 19405	Fecha Inicio	28/10/20	9:20	Fecha Fin	28/10/20	10:43
---------------	-------------	--------------	----------	------	-----------	----------	-------

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI	NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	
--------------------------------------	----	----	---	--------------------------	--	-----------------------	--

FALLA	DATE	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ES REPORTE	REPUERTO CAMBIADO
				SI	No
				SI	No
				SI	No
				SI	No
				SI	No
				SI	No
				SI	No

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	OXÍGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA						CÓDIGO DE BARRAS	RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión	Pila	"Flujo a 0"	RELLADO	FILTRO	MANE			
	1439	0.5	95.9	SI	SI	SI	N.A	SI	SI	SI	N.A	SI	
1. CICLADO	Tiempo de la prueba				Generó Alarma		No	SI	Cuid?				
2. RUIDO EXTRAÑO	SI	No	X	3. ESTADO DE MANQUERAS		Quem	X	Metas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION		Quem	X	Metas
5. DAÑOS IDENTIFICADOS													
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno				7. CONTROL DE TEMPERATURA		Buena	SI	Con Sobrecalentamiento				

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1.	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	OK
2.	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3.	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4.	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5.	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	OK puede
6.	Otros:		
7.	Otros:		

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre Regulador)	Se verifica activación de alarmas (L1 - L2 - E5)	N.A
2	Fuga Máxima	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y [L1-L2-E5])	N.A
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	N.A
5	Activación de válvula de alfo	Destruir manguera de salida de aire de compresor	N.A
6.	Otros:		
6.	Otros:		
6.	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	OXÍGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA						CÓDIGO DE BARRAS	RUEDAS	OBSERVACIONES	
					Desconexión	Pila	"Flujo a 0"	RELLADO	FILTRO	MANE				
	1440	0.2	95.5	SI	SI	SI	N.A	SI	SI	SI	N.A	SI	SI	Funciona correctamente Wilber G.