



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
 GAD-MAN-78-003
 Versión 1 Fecha Actualización: 03/08/09
 Página 1 de 2

Fecha Recepción: _____ Remisión # 1 Auxiliar Mantenimiento: _____ No. Orden: _____

Código Equipo: **AN-44863** Fecha Inicio: **28/10/12** 7:35 Fecha Fin: **28/10/12** 9:02

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE FLAGA SI NO **V** FECHA INICIO AISLAMIENTO: _____ FECHA FIN AISLAMIENTO: _____

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	SEVERIDAD	REPORTE	REPUESTO SUMINISTRADO
				SI	No
				SI	No
				SI	No
				SI	No
				SI	No
				SI	No
				SI	No
				SI	No
				SI	No

En Mantenimiento	HIDRÓMETRO	PRESIÓN	ORIBENIO	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA							RUEJAS	OBSERVACIONES		
					DESCONEXIÓN (L1-L2)	PILA (L1-L2)	"FUGA A 0" (L1-L2)	RELLENAR (L1-L2)	FILTROS (L1-L2)	GRASEO (L1-L2)	CÓDIGO DE BARRAS (L1-L2)				
	9664	6.2	94.7	SI	SI	SI	LO	SI	SI	SI	NO	SI	SI	Man? Provencho	
1. CICLADO		Tiempo de la prueba		90 min		Genero Alarma		No		SI		Cuel?			
2. RUIDO EXTRAÑO		SI		No		3. ESTADO DE MANGUERAS		Buena		Mata		4. SISTEMA DE REFRIGERACION		Buena Mata	
5. DAÑOS IDENTIFICADOS															
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES		Buena		7. CONTROL DE TEMPERATURA		Buena		SI		Con Sobrecalentamiento					

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila S.S.V	Verifica voltaje de la pila	4.7V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Fuga a 0 (Cierre Sujederos)	Se verifica activación de alarmas (L1 - L2 - E5)	LO
2	Fuga Manípulo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo y LED amarillo) (L1-L2-E5)	LO
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconexión línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Control manual de salida de aire de compresor	OK
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HIDRÓMETRO	PRESIÓN	ORIBENIO	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA							RUEJAS	OBSERVACIONES	
					DESCONEXIÓN (L1-L2)	PILA (L1-L2)	"FUGA A 0" (L1-L2)	RELLENAR (L1-L2)	FILTROS (L1-L2)	GRASEO (L1-L2)	CÓDIGO DE BARRAS (L1-L2)			
	9666	6.3	94.2	SI	SI	SI	LO	SI	SI	SI	NO	SI	SI	Fuera Correctamente Wilmer G
PRIMA MANTENIMIENTO														