



# ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO  
GAD-EMM-FR-003  
Versión 1  
Fecha Actualización: 20/03/2016  
Página 1 de 2

Fecha Remisión: \_\_\_\_\_ Remisión #: \_\_\_\_\_ Auxiliar Mantenedores: \_\_\_\_\_ No. Orden: \_\_\_\_\_

Código Equipo: **MR-604B** Fecha Inicio: **20/12/17 7:33** Fecha Fin: **20/12/17 9:18**

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA:  SI  NO  X FECHA INICIO AISLAMIENTO: \_\_\_\_\_ FECHA FIN AISLAMIENTO: \_\_\_\_\_

FALTA	CANTIDAD	REPORTE	REPLIEZO CAMBIADO
filtro central	1		X
			No
			No
			No
			No
			No
			No

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REJILLAS	FILTROS	BASE	CODIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (R-42)	Pila (R-43)	"Fijo a 0" (R-44)				R-45 (R-45)	R-46 (R-46)	R-47 (R-47)		
604B	6.1	58.1	Si	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Mant. Preventivo
1. CICLADO		Tiempo de la prueba		70 min		Generó Alarma		No		Si		Cual?			
2. RUIDO EXTRAÑO		Si		No		X		3. ESTADO DE MANGUERAS		Bueno		4. SISTEMA DE REFRIGERACION		Si	
3. DAÑOS IDENTIFICADOS															
4. ESTADO DE LAS CONEXIONES		Bueno				7. CONTROL DE TEMPERATURA		Buena		Si		Con Sobrecalentamiento			

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila S.S. V	Verifica voltaje de la pila	4.7V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	OK fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripción del desperfecto identificado: \_\_\_\_\_

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flejo = 0 (Cierre del motor)	Se verifica activación de alarmas (L1 - L2 - E2)	ES
2	Flejo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (L1-L2-E2)	LO
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flejo	Desactiva línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de flujo	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REJILLAS	FILTROS	BASE	CODIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (R-42)	Pila (R-43)	"Fijo a 0" (R-44)				R-45 (R-45)	R-46 (R-46)	R-47 (R-47)		
604B	6.1	92.6	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Futura correctamente	

FIRMA MANTENIMIENTO: *Whitman*