



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
 Código: OXD-MAN-FR-000
 Versión: 1 Fecha Actualización: 03/08/2018
 Página 1 de 2

Fecha Remisión: _____ Remisión a: _____ Auxiliar Mantenimiento: _____ No. Orden: _____

IDENTIFICACION DEL EQUIPO
 Código Equipo: **AN-24013** Fecha Inicio: **29/10/11 7:31** Fecha Fin: **24/11/11 9:04**

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI NO FECHA INICIO AISLAMIENTO: _____ FECHA FIN AISLAMIENTO: _____

FALLA	DARO	CLASE DARO	DESCRIPCION	CANTIDAD	SI	REPORTE	REPLAZO CAMBIADO
							SI No
							SI No
							SI No
							SI No
							SI No
							SI No
							SI No

DETALLES ADICIONALES (AGOS Y/O FACENTE)

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	DEBIDO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (SI/NO)	Pila (SI/NO)	"Flujo a 0" (SI/NO)				BASE (SI-NO)	BASE (SI-NO)	BASE (SI-NO)		
	5403	6.5	93.6	5	SI	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Mant. preventivo
1. CICLADO		Tiempo de la prueba: 90 min		Genera alarma: NO		Causa: _____									
2. RUIDO EXTRAÑO		SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>		3. ESTADO DE MANGUERAS		Buena		Motas		4. SISTEMA DE REFRIGERACION		Buena		Mota	
5. DAÑOS IDENTIFICADOS															
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES															
Buena				7. CONTROL DE TEMPERATURA		Buena		SI		Con Sobrecalentamiento					

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verificar voltaje de la pila	SI
2	Prueba de fuga	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	OK
6	Otros:		fuerte
7	Otros:		

CÓDIGO	DESCRIPCION	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Fuga a 3 (Ciclos rápidos)	Se verifica activación de alarma (L1 - L3 - E3)	NO
2	Fuga Manera	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y SL-LS-E3)	NO
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	activo
4	Desconexión rápida de fuga	Desconexión línea eléctrica	activo
5	Activación de válvula de alivio	Chequear manguera de salida de aire de compresor	activo
6	Otros:		activo
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	DEBIDO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (SI/NO)	Pila (SI/NO)	"Flujo a 0" (SI/NO)				BASE (SI-NO)	BASE (SI-NO)	BASE (SI-NO)		
	5401	6.2	92.6	5	SI	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Financiero Correctamente

FIRMA MANTENIMIENTO: **Wilber G.**