



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO SAC-MAH-FR-003
Versión 1 Para Asistente 03/03/2016
Página 1 de 2

Fecha Remisión: _____ Remisión # _____ Auxiliar Mantenimiento: _____ No. Orden: _____

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO
Código Equipo: **7FSM Y2020030000125** Fecha Inic: **30/12/21** 7.34 Fecha Fin: **30/12/21** 9:08

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA SI NO X FECHA INICIO AISLAMIENTO: _____ FECHA FIN AISLAMIENTO: _____

FALLA	BASO	CLASE DAÑO	REGISTRACION	CATEGORIA	SI	REPORTE	REPLUSTO CAMBIADO
							SI No
							SI No
							SI No
							SI No
							SI No
							SI No
							SI No
							SI No

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	Caudal	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			ALARMA	FILTROS	BASE	CODIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES	
					Desconexión (SI-NO)	Pila (SI-NO)	"Fuga a T" (SI-NO)				SI-NO	SI-NO			SI-NO
En	450	6.4	95.4	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Mant. preventivo	
1. CICLADO		Tiempo de la prueba		90 min		Genero Alarma		SI		Cual?					
2. RUIDO EXTRAÑO		SI No		SI No		3. ESTADO DE MANGUERAS		Buena		Males		4. SISTEMA DE REFRIGERACION		SI No	
5. DAÑOS IDENTIFICADOS															
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES		Buena		T. CONTROL DE TEMPERATURA		Buena		SI		Con Sobrecalentamiento					

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	SI
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	SI
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	SI
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o largo	fuerte
6	Otro		
7	Otro		

DESCRIPCION DEL REGISTRO IDENTIFICADO

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Fuga a 0 (Cierre Regulador)	Se verifica activación de alarmas (LL-LE-ES)	SI
2	Fuga Manera	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y LL-LE-ES)	SI
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	activo
4	Desconexión tarjeta de fuga	Desconexión línea eléctrica	activo
5	Activación de válvula de alivio	Destruir manguero de salida de aire de compresor	activo
6	Otro		
7	Otro		
8	Otro		

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	Caudal	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			ALARMA	FILTROS	BASE	CODIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (SI-NO)	Pila (SI-NO)	"Fuga a T" (SI-NO)				SI-NO	SI-NO		
En	317	6.3	95.4	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Fuereza correctamente Wilmer G.