

Fecha Recepción: _____ Remache # _____ Auxiliar Mantenimiento: _____ No. Orden: _____

IDENTIFICACION DEL EQUIPO
 Código Equipo: **AN-20.B** Fecha Inicio: **30/10/21** Fecha Fin: **30/10/21** Hora: **9:12**

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA SI NO **FECHA INICIO AISLAMIENTO** _____ **FECHA FIN AISLAMIENTO** _____

FALLA	BARRAS	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	SI	REPORTE	REPLAZO	REPLAZO CAMBIADO

DETALLES ADICIONALES USADOS POR FACILITADO

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	ONGERO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REJILLAS	FILTROS	BARRAS	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES	
					Desconexión (SI-NO)	Pila (SI-NO)	"Fija a 5"				SI-NO	SI-NO			SI-NO
					SI	SI	20				SI	SI			SI
14727	6.5	43.0	SI	SI	SI	20	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI	Mant. preventivo	
1. CICLADO		Tiempo de la prueba		90 min		Generó Alarma		X		SI		Cual?			
2. RUIDO EXTRAÑO		SI		X		3. ESTADO DE MANGUERAS		Bueno		Mala		4. SISTEMA DE REFRIGERACION		Bueno	Mala
5. DAÑOS IDENTIFICADOS															
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES															
Bueno					7. CONTROL DE TEMPERATURA			Bueno		SI		Con Sobrecalentamiento			

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1.	Estado Pila 5.5 V	Verificar voltaje de la pila	4.0v
2.	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3.	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4.	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5.	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	OK fuerte
6.	Otro:		
7.	Otro:		
Descripción del diagnóstico identificado			

CÓDIGO	DESCRIPCION	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1.	Flujo + 0 (Cierre Flujo+0)	Se verifica activación de alarma (L1-L3-E3)	NO
2.	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo y LED amarillo) (L1-L3-E3)	NO
3.	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4.	Desconexión tarjeta de Pila	Desconexión línea eléctrica	OK
5.	Activación de válvula de aire	Operar manguera de salida de aire de compresor	OK
6.	Otro:		
7.	Otro:		
8.	Otro:		

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	ONGERO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REJILLAS	FILTROS	BARRAS	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES	
					Desconexión (SI-NO)	Pila (SI-NO)	"Fija a 5"				SI-NO	SI-NO			SI-NO
					SI	SI	20				SI	SI			SI
14728	6.4	41.6	SI	SI	SI	20	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI	Correcto funcionamiento	
FIRMA MANTENIMIENTO														W. Luna G.	