ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
Código: GAD-MAM-FR-039
Versión: 1
Fecha Actualización: 05/09/2018
Página 1 de 2

Fecha Remisión		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo	SN0127895	Fecha Inicio	02/09/21 9:15	Fecha Fin	02/09/21 11:43

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

SISTEMA REPORTADO DEFECTUOSO DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLAVE DAÑO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	EN REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
						SI		No	
						SI		No	
						SI		No	
						SI		No	
						SI		No	
						SI		No	
						SI		No	

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (3 - 7 PSI)	OXIGENO (95% - 99%)	FLUJOMETRO (5 l/m)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (SI-No)	Pila (SI-No)	"Flujo a 5" (LO-HI)	REJILLAS (SI - No)	FILTROS (SI - No)	BASE (SI - No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI - NO)	MANGA (SI - NO)	RUEDAS (SI-No)	OBSERVACIONES
	15854	63	95,6	Si	Si	Si	N.A	Si	Si	Si	N.A	Si	Si	Mant. preventivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	90 min	Generó Alarma	No	SI		Cual?	
2. RUIDO EXTRAÑO	SI		No X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buena No		Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno X		Malo	
5. DAÑOS IDENTIFICADOS												
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno		7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	Si		Con Sobrecalentamiento					

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V	Verifica voltaje de la pila	Ok
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado	

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Clave Digitemtro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LD - ES)	N.A
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Roja + LED amarilla y (LL-LD-ES)	N.A
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecte línea eléctrica	N.A
5	Activación de válvula de alivio	Obturar manguera de salida de aire de compresor	N.A
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (3 - 7 PSI)	OXIGENO (95% - 99%)	FLUJOMETRO (5 l/m)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (SI-No)	Pila (SI-No)	"Flujo a 5" (LO-HI)	REJILLAS (SI - No)	FILTROS (SI - No)	BASE (SI - No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI - NO)	MANGA (SI - NO)	RUEDAS (SI-No)	OBSERVACIONES
	15901	6.3	95,0	Si	Si	Si	N.A	Si	Si	Si	N.A	Si	Si	Correcto Funcionamiento

FIRMA MANTENIMIENTO