



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
Codigo: GAD-MAU-FR-005
Version: 1
Fecha Actualización: 05/08/2018
Página 1 de 2

Fecha Rotación: Remisión #: Auxiliar Mantenimiento: No. Orden:

Identificación del Equipo
Codigo Equipo: D1190815053 Fecha Inicio: 23/09/21 9:16 Fecha Fin: 03/09/21 11:09

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA
SI: NO: X FECHA INICIO AISLAMIENTO: FECHA FIN AISLAMIENTO:

Table with columns: PALEA, DANO, CLASE DANO, DESCRIPCION, CANTIDAD, U. REPORTE, REPLETOS CAMBIADO (SI/NO).

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

En Mantenimiento: HORÓMETRO, PRESIÓN, CARGANDO, FLEJOMETRO, PRUEBAS DE ALARMA (Desconexión, Pila, "Flejo a 0"), REJILLAS, FILTROS, BASE, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES. Includes sections for 1. CICLADO, 2. RUIDO EXTRAÑO, 3. ESTADO DE MANGUERAS, 4. DAÑOS IDENTIFICADOS, 5. ESTADO DE LAS CONEXIONES, 7. CONTROL DE TEMPERATURA.

Table with columns: No., Prueba, Descripción, Resultado. Lists tests like 'Estado Pila S.S.V', 'Prueba de Fugas', 'Conexión eléctrica', 'Prueba de alarma'.

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCION, CANT, CODIGO, DESCRIPCION, CANT.

Table with columns: No., Prueba / Simulación, Descripción, Resultado. Lists simulation tests like 'Flujo = 0 (Cierre Registros)', 'Flujo Máximo', 'Desconexión eléctrica', 'Desconexión selectiva de flujo', 'Activación de vibrado de alivio'.

En Mantenimiento: HORÓMETRO, PRESIÓN, CARGANDO, FLEJOMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, REJILLAS, FILTROS, BASE, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES. Includes 'FIRMA MANTENIMIENTO' and 'Firma Mantenimiento'.