ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Código	GAD-UMA-FR-005
Versión: 1	Fecha Actualización: 05/08/2019
	Página 1 de 2

Fecha Remisión | Remisión # | Auxiliar Mantenimiento | No. Orden

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo: MN-4790B | Fecha Inicio: 03/09/21 9:25 | Fecha Fin: 03/09/21 11:03

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI [ ] NO [X] | FECHA INICIO AISLAMIENTO | FECHA FIN AISLAMIENTO

SINTOMA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	# REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
						SI		NO	
						SI		NO	
						SI		NO	
						SI		NO	
						SI		NO	
						SI		NO	
						SI		NO	

DETALLES ADICIONALES DATOS POR PACIENTE

EN MANTENIMIENTO

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (5-7 PSI)	OXIGENO (90% - 96%)	FLUJOMETRO (5l-10l)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5l-10l)	Pita (5l-10l)	"Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (5l-10l)	FILTROS (5l-10l)	BASE (5l-10l)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (5l-10l)	MANIJA (5l-10l)	RUEDAS (5l-10l)	OBSERVACIONES
	14995	6.2	95.5	5l	5i	5i	ES	5i	5i	5i	5i	5i	5i	Mant. preventivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	90min	Generó Alarma	No	SI	Cual?	
2. RUIDO EXTRAÑO	SI [ ]	No [X]	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buena [X]	Malas [ ]	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno [X] Malo [ ]
5. DAÑOS IDENTIFICADOS							
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno	7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	5i	Con Sobrecalentamiento		

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V	Verifica voltaje de la pila	4.7V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripción del diagnóstico identificado:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	ES
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES)	LO
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	Activo
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	Activo
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	Activo
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

Re Mantenimiento

HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (5-7 PSI)	OXIGENO (90% - 96%)	FLUJOMETRO (5l-10l)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5l-10l)	Pita (5l-10l)	"Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (5l-10l)	FILTROS (5l-10l)	BASE (5l-10l)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (5l-10l)	MANIJA (5l-10l)	RUEDAS (5l-10l)	OBSERVACIONES
14995	6.4	94.8	5i	5i	5i	ES	5i	5i	5i	5i	5.-	5i	Funciona Correctamente

FIRMA MANTENIMIENTO