ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo	GAD-MAN-FR-006
Versión: 1	Fecha Actualización: 03/03/2019
	Página 1 de 2

Fecha Remisión		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Codigo Equipo	NW-281B	Fecha Inicio	03/07/21 7:30	Fecha Fin	03/07/21 9:16

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

ENTREGA REPORTADO OPERARIO DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

EN MANTENIMIENTO

En Mantenimiento	HIGRÓMETRO (%rh)	PRESIÓN (0-7 PSI)	OXIGENO (90% - 93%)	FLUJOMETRO (0-4lts)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (0-4Hz)	Pila (0-4Hz)	"Flujo a 0" (LO-ES)	HUELLAS (0-4Hz)	FILTROS (0-4Hz)	BASE (0-4Hz)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (80-100)	BARRAS (81-90)	RUEDAS (0-4Hz)	OBSERVACIONES
	14725	6.2	92.7	5:	5:	5:	ES	5:	5:	5:	5:	5r	5i	Mant. preventivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	2 horas	Genero Alarma	X		Si		Cual?	
2. RUIDO EXTRAÑO	SI		X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas	X		Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno		Malo	
5. DAÑOS IDENTIFICADOS													
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno			7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	5:		Con Sobrecalentamiento					

PRUEBAS

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V	Verifica voltaje de la pila	4.7V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado: Equipo trabaja a 2 l/min a 93.7% pureza.

REPUESTOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

PRUEBAS FINALES

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	ES
2	Flujo Maximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo a LED amarillo y (LL-LO-ES)	LO
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	Bueno
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta linea eléctrica	Bueno
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	Bueno
6	Otros:		
6	Otros:		
6	Otros:		

En Mantenimiento	HIGRÓMETRO (%rh)	PRESIÓN (0-7 PSI)	OXIGENO (90% - 93%)	FLUJOMETRO (0-4lts)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (0-4Hz)	Pila (0-4Hz)	"Flujo a 0" (LO-ES)	HUELLAS (0-4Hz)	FILTROS (0-4Hz)	BASE (0-4Hz)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (80-100)	BARRAS (81-90)	RUEDAS (0-4Hz)	OBSERVACIONES	
	14727	6.2	90.1	5:	5:	5:	ES	5:	5:	X	5:	5:	5:	Correcto funcionamiento	
														FIRMA MANTENIMIENTO	Wilmar G.