



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
 Codigo: 02AD-MAN-PRO-002
 Versión: 1 Fecha Actualización: 05/02/2018
 Página 1 de 2

Fecha Remisión: _____ Remisión # _____ Auxiliar Movimiento: _____ No. Orden: _____

IDENTIFICACION DEL EQUIPO
 Código Equipo: **DM190815051** Fecha Inicio: **9/17/21** 8:05 Fecha Fin: **03/09/21** 9:07

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA
 SI NO FECHA INICIO AISLAMIENTO: _____ FECHA FIN AISLAMIENTO: _____

FALTA	DAÑO / ESTADO CAMBIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ORIGEN	REPOSTO / CAMBIO

DETALLES SOCIOVALES DADO POR PACIENTE

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	CARGO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA						RELLANOS	FILTROS	BASE	CODIGO DE BARRAS	RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (1-10)	PDA (1-10)	"Fallo a 0"	(1-10)	(1-10)	(1-10)						
En Mantenimiento	7194	8.3	94.6	SI	SI	SI	N.A	SI	SI	SI	SI	N.A	SI	SI	Man. preventivo	
1. CICLADO	Tiempo de la prueba		90 min		Generó Alarma		X		SI		Cual?					
2. RUIDO EXTRAÑO	SI		No		3. ESTADO DE MANGUERAS		Buena		Malas		4. SISTEMA DE REFRIGERACION		No		Malas	
3. DAÑOS IDENTIFICADOS																
4. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Buena				7. CONTROL DE TEMPERATURA		Buena		SI		Con Sobrecalentamiento					

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pda S.S.V	Verifica voltaje de la pda	OK
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	OK fuerte
6	Otro:		
7	Otro:		

COLECCION	DESCRIPCION	CANT	COLECCION	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Situación	Descripción	Resultado
1	Fuga = 0 (Cierre Regulator)	Se verifica activación de alarmas (L1 - L2 - C2)	N.A
2	Fuga Maniobra	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED rojo o LED amarillo y (L1-L2-C2)	N.A
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de falla	Desconecta línea eléctrica	N.A
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	N.A
6	Otro:		
7	Otro:		
8	Otro:		

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	CARGO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA						RELLANOS	FILTROS	BASE	CODIGO DE BARRAS	RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (1-10)	PDA (1-10)	"Fallo a 0"	(1-10)	(1-10)	(1-10)						
En Mantenimiento	7195	8294.4	SI	SI	SI	N.A	SI	SI	SI	SI	SI	N.A	SI	SI	Firma Mantenimiento	