

Fecha Revisión: _____ Revisión # _____ Auxiliar Mantenimiento: _____ No. Orden: _____

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO
 Código Equipo: **AVI- 902B** Fecha Inicio: **05/09/21** Fecha Fin: **05/09/21** Hora Inicio: **7:30** Hora Fin: **9:07**

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA SI: NO: **FECHA INICIO AISLAMIENTO** _____ **FECHA FIN AISLAMIENTO** _____

FALLA	LANO	CLASIFICADO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO	CAMBIO
						SI	NO
						SI	NO
						SI	NO
						SI	NO
						SI	NO
						SI	NO
						SI	NO

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACES: _____

En Mantenimiento	HÓRIMETRO	PRESIÓN	GASEO	FLUJIMETRO	PRUEBAS DE ALARMA						RELLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
					Disconexión	Pila	"Falso a 0"	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)				(SI-NO)	(SI-NO)		
3302	60	94.4	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	mant preventivo

1. CICLADO: Tiempo de la prueba: **90 min** Gener. Alarma: No: Cuel?

2. RUIDO EXTRAÑO: SI: NO: 3. ESTADO DE MANGUERAS: Buena: Mala: 4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Buena: Mala:

5. DAÑOS IDENTIFICADOS: _____

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: **Buena** 7. CONTROL DE TEMPERATURA: Buena: Mala: Cód. Sobrecalentamiento: _____

Nº	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila S.S. V	Verificar voltaje de la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OX
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OX
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OX
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	OX
6	Otros:		fuerte
7	Otros:		

Descripción del diagnóstico identificado: _____

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT

Nº	Prueba / Descripción	Descripción	Resultado
1	Falso a 0 (Cierre Fugitivo)	Se verifica activación de alarmas (L1 - L3 - ES)	ES
2	Falso alarma	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED rojo o LED amarillo y (L1-L3-ES)	LO
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OX
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconexión línea eléctrica	OX
5	Activación de válvula de alivio	Operar mangos de salida de aire de compresor	OX
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HÓRIMETRO	PRESIÓN	GASEO	FLUJIMETRO	PRUEBAS DE ALARMA						RELLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
					Disconexión	Pila	"Falso a 0"	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)				(SI-NO)	(SI-NO)		
3302	6.1	94.2	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	fuera correctamente

FIRMA MANTENIMIENTO: **Walter L.**