ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Código	OXD-MAN-FR-009
Versión: 1	Fecha Actualización: 05/03/2019
	Página 1 de 2

Fecha Remisión		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo	NN-2769B	Fecha Inicio	04/03/24 9:05	Fecha Fin	04/04/24 12:43

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

PERSONA REPORTA OPERACIÓN DE MENARD

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ID REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0 - 7 PSI)	OXIGENO (93% - 96%)	FLUJOMETRO (5l-6lx)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (Si-No)	Pila (Si-No)	"Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (Si-No)	FILTROS (Si-No)	BASE (Si-No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (Si-No)	CÓDIGO DE BARRAS: MANGUERA (Si-No)	RUEDAS (Si-No)	OBSERVACIONES
	19803	6.4	94.3	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Mant. Preventivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	90 min	Generó Alarma	NO	Si		Cual?
2. RUIDO EXTRAÑO	SI	NO X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buena		Mala	4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Buena		Mala
5. DAÑOS IDENTIFICADOS							
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno	7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	Si	Con Sobrecalentamiento		

PRUEBAS

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 6.5. V	Verifica voltaje de la pila	4.8V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	Ok
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	Ok
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	Ok
5	Prueba de alarma	Se verifica sonida si es agudo o fuerte	fuerte
6	Otros:		
7	Otros: -		

Descripción del diagnóstico identificado	

REPUESTOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT
	filtro rotarios	1			

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre Solenoide)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	ES
2	Flujo Maximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES)	LO
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	Bueno
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconexión líneas eléctricas	Buena
5	Activación de válvula de alivio	Obturar manguera de salida de aire de compresor	Bueno
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0 - 7 PSI)	OXIGENO (93% - 96%)	FLUJOMETRO (5l-6lx)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (Si-No)	Pila (Si-No)	"Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (Si-No)	FILTROS (Si-No)	BASE (Si-No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (Si-No)	CÓDIGO DE BARRAS: MANGUERA (Si-No)	RUEDAS (Si-No)	OBSERVACIONES
	19881	6.2	90.5	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Funciona Correctamente

FIRMA MANTENIMIENTO	