ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo	GAD-MAN-FR-005
Versión: 1	Fecha Actualización: 05/08/2019
	Página 1 de 2

Fecha Remisión		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Codigo Equipo	NN - 41203	Fecha Inicio	04/09/21 7:33	Fecha Fin	04/09/21 9:17

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

SISTEMA REPORTADO/INVESTIGACIÓN DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	No. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
						SI		No	
						SI		No	
						SI		No	
						SI		No	
						SI		No	
						SI		No	
						SI		No	

DETALLES VISUALES DADOS POR PACIENTE

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6-7 PSI)	OXIGENO (95%-99%)	FLUJOMETRO (5l-Min)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5l-Min)	Pila (5l-Min)	"Flujo o E" (LO-ES)	REJILLAS (5l-Sí)	FILTROS (5l-Sí)	BASE (5l-Sí)	CÓDIGO DE BARRAS: MAYA (5l-Sí)	CÓDIGO DE BARRAS: MASIA (5l-Sí)	RUEDAS (5l-Sí)	OBSERVACIONES
	38137	6.3	94.8	5l	5l	5l	ES	5l	5l	5l	NO	5l	5l	Mant. preventivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	90 min	Generó Alarma	X		SI		Cual?	
2. RUIDO EXTRAÑO	SI		NO	X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buena	X	Malas		4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno	X		Malo	
5. DAÑOS IDENTIFICADOS									
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Buena		7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	5l		Con Sobrecalentamiento		

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V	Verifica voltaje de la pila	4.80
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado	

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo > 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	ES
2	Flujo Maximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES)	Lo
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecte línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6-7 PSI)	OXIGENO (95%-99%)	FLUJOMETRO (5l-Min)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5l-Sí)	Pila (5l-Sí)	"Flujo o E" (LO-ES)	REJILLAS (5l-Sí)	FILTROS (5l-Sí)	BASE (5l-Sí)	CÓDIGO DE BARRAS: MAYA (5l-Sí)	CÓDIGO DE BARRAS: MASIA (5l-Sí)	RUEDAS (5l-Sí)	OBSERVACIONES
	38130	6.2	94.9	5l	5l	5l	ES	5l	5l	5l	NO	X	5l	funciona Correctamente

FIRMA MANTENIMIENTO