ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo:	C_GAD-MAN-FR-029
Versión: 1	Fecha Actualización: 05/08/2019
Página 1 de 2	

Fecha Remisión		Revisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Codigo Equipo	NN-1498 B	Fecha Inicio	06/04/21 13:02	Fecha Fin	06/04/21 17:40

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

ÚLTIMA REPORTADO OPERACIÓN DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
						SI		NO	
						SI		NO	
						SI		NO	
						SI		NO	
						SI		NO	
						SI		NO	
						SI		NO	

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

ANTES DE MANTENIMIENTO

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0 - 7 PSI)	OXIGENO (90% - 95%)	FLUJOMETRO (5l/min)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5l/min)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (5l/min)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LO-ES)	RUEDAS (5l/min)	FILTROS (5l/min)	BASE (5l/min)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (M->NO)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (SI->NO)	RUEDAS (5l/min)	OBSERVACIONES
	12984	6.0	95.0	5l	5i	5i	LO	5i	5i	5i	NO	5i	5i	Mant. Preventivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	90 min	Generó Alarma	NO		SI		Cual?
2. RUIDO EXTRAÑO	SI		NO X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Bueno X		Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno X		Malo	
6. DAÑOS IDENTIFICADOS								
8. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno		7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	5i	Con Sobrecalentamiento		

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 3.5. V	Verifica voltaje de la pila	4.2V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Leve
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripción del diagnóstico identificado	

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo > 0 (Clinic Rubinetra)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	LO
2	Flujo Maximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarilla y (LL-LO-ES)	LO
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

DESPUES DE MANTENIMIENTO

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0 - 7 PSI)	OXIGENO (90% - 95%)	FLUJOMETRO (5l/min)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5l/min)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (5l/min)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LO-ES)	RUEDAS (5l/min)	FILTROS (5l/min)	BASE (5l/min)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (M->NO)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (SI->NO)	RUEDAS (5l/min)	OBSERVACIONES
	13000	6.0	93.8	5l	5i	5i	LO	5i	5i	5i	NO	5i	5i	Funciona Correctamente

PERSONA MANTENIMIENTO	