



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO: GAD/MAU/PR-004 Fecha Actualización: 05/03/2014 Página: 1 de 2

Fecha Recepción, Remisión #, Auxiliar, Departamento, No. Orden

IDENTIFICACION DEL EQUIPO: Código Equipo: MV-1985B, Fecha Inicio: 07/09/14 7:31, Fecha Fin: 07/09/14 9:13

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI, NO, Y, FECHA RINCO AISLAMIENTO, FECHA FIN AISLAMIENTO

Table with columns: FALLA, DAÑO, CLASE DAÑO, DESCRIPCION, CANTIDAD, IS, REPORTE, REPUES TO CAMBIADO. Includes handwritten entries for 'Switch encendido' and 'flujometro'.

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

AREA DE MANTENIMIENTO

En Mantenimiento: HUBOMETRO, PRESION, OXIGENO, FLUJOMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, REJILLAS, FILTROS, BARRAS, RUEDAS. Includes handwritten values like '4.9', '93.5', '3 min', 'Bueno', 'Si'.

Table with columns: No., Prueba, Descripción, Resultado. Lists diagnostic tests like 'Estado Fila E.E. V', 'Prueba de Fugas', 'Conexión eléctrica'.

Table with columns: CÓDIGO, DESCRIPCION, CANT, CÓDIGO, DESCRIPCION, CANT.

Table with columns: No., Prueba / Simulación, Descripción, Resultado. Lists simulation tests like 'Fuga + 0 (Cierre Suplemento)', 'Flujo Máximo'.

En Mantenimiento: HUBOMETRO, PRESION, OXIGENO, FLUJOMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, REJILLAS, FILTROS, BARRAS, RUEDAS. Includes handwritten values like '6.1', '93.8', 'Si', 'E5'.

Vertical text on the left margin: SISTEMA REPORTADO DE FALLAS DE SERVICIO, AREA DE MANTENIMIENTO, DESCRIPCION DE FALLAS, AREA DE MANTENIMIENTO

Handwritten signature: Correcto funcionamiento, Wilmer G.