ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

OXPro

FORMATO	
Codigo	GAO-MAN-FR-008
Version	Fecha Actualizacion: 29-09-2016
Pagina 1 de 2	

Fecha Remision | Remision # | Auxiliar Mantenimiento | No. Orden

IDENTIFICACION DEL EQUIPO

Codigo Equipo: MC-1111B | Fecha Inicio: 08/09/21 9:49 | Fecha Fin: 08/09/21 10:33

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI | NO X | FECHA INICIO AISLAMIENTO | FECHA FIN AISLAMIENTO

SISTEMA REPORTADO OPERACION DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO
			filtro Central	1		SI A / NO
						SI / NO
						SI / NO
						SI / NO
						SI / NO
						SI / NO
						SI / NO

DETALLES ANORMALES DADOS POR PACIENTE:

HOJA DE MANTENIMIENTO

PARAMETROS DE ESTADO

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (A - 7 PSI)	OXIGENO (30% - 90%)	FLUJOMETRO (5l/Min)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexion (5l/min)	Pila (5Volts)	"Flujo x 5" (LED5)	RELILLAS (5l - Min)	FILTROS (5l - Min)	BASE (5l - Min)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (5l - NO)	MANGA (5l - NO)	RUEDAS (5l/min)	OBSERVACIONES
	11701	6.2	93.0	5l	5l	5l	E5	5l	5l	5l	5l	5l	5l	Mant. Preventivo

1. CICLADO: Tiempo de la prueba: 90 min | Genera Alarma: X | SI | Cual?

2. RUIDO EXTRAÑO: SI | NO X | 3. ESTADO DE MANGUERAS: Bue X | Malas | 4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Bue X | Malo

5. DAÑOS IDENTIFICADOS:

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: Bueno | 7. CONTROL DE TEMPERATURA: Buena 5l | Con Sobrecalentamiento

ORDEN DE PRUEBAS

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
-	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	E5
-	Prueba de Fugas	Se verifica conexion neumatica del equipo	Lo
3	Conexion electrica	Se verifican las conexiones electricas del equipo	Ok
4	Conexion electronica	Se verifican las conexiones electronicas del equipo	Ok
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido a: es agudo a fuerte	Ok
6	Otros		
7	Otros		

Descripcion del diagnostico identificado:

REPUESTOS UTILIZADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICAR LAS CAUSAS RELACIONADAS AL CONCENTRADOR

No.	Prueba / Simulacion	Descripcion	Resultado
-	Flujo + 5 (Gama Ruidosa)	Se verifica activacion de alarmas (11 - 10 - E5)	E5
-	Fuga Maxima	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo + LED amarillo y 11+10+E5)	Lo
3	Desconexion electrica	Activacion alarma sonora	Activo
4	Desconexion tajona de flujo	Desconexion linea electrica	Activo
5	Activacion de valvula de alivio	Disminuir manguera de salida de aire de compresor	Activo
6	Otros		
7	Otros		
8	Otros		

PARAMETROS DE SALIDA

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (A - 7 PSI)	OXIGENO (30% - 90%)	FLUJOMETRO (5l/Min)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexion (5l/min)	Pila (5Volts)	"Flujo x 5" (LED5)	RELILLAS (5l - Min)	FILTROS (5l - Min)	BASE (5l - Min)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (5l - NO)	MANGA (5l - NO)	RUEDAS (5l/min)	OBSERVACIONES
	11702	6.1	93.3	5l	5l	5l	E5	5l	5l	5l	5l	5l	5l	Correcto funcionamiento

FIRMA MANTENIMIENTO: Wilmer G.